

Warszawa, 04.06.2008r.

DZ./2215/ 18/ 72 /08

WYKONAWCY

Zamawiający informuje, iż nastąpiła pomyłka w podanej *Podstawie faktycznej odrzucenia oferty*, polegająca na podaniu uzasadnienia dotyczącego innej firmy. Poniżej informacja w prawidłowym brzmieniu:

Zawiadomienie o ofertach odrzuconych

Na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 2 Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty Wykonawców :

OFERTA Nr 2 - na zadanie nr 9**BOR-POL**

Plac Jaśminu 2 , 44-152 Gliwice

Podstawa prawna odrzucenia oferty: zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 ze zmianami).

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty: Oferta na zadanie nr 9 jest niezgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , nie spełnia warunków granicznych określonych w Załączniku nr 1. Zaoferowany zestaw SAS-MX IMMUNOFIX jest przeznaczony do rozdziału elektroforetycznego na żelach agarozowych w komorze, której Zamawiający nie posiada. Przy zastosowaniu oferowanego zestawu rozdział elektroforetyczny musi być przeprowadzony przy napięciu 120 volt. Aparat , który posiada Zamawiający nie ma możliwości ustawienia takiego napięcia.

OFERTA Nr 9 - na zadanie nr 7**BioMaxima Sp.z o.o.**

Ul. Mireckiego 29-31, 20-461 Lublin

Podstawa prawna odrzucenia oferty: zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 ze zmianami).

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty: Oferta na zadanie nr 7 jest niezgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ilości przedmiotu zamówienia są niezgodne z wymaganiami załącznika nr 1 SIWZ . Zamawiający dnia 15.05.2008r udzielając odpowiedzi Wykonawcom na pytanie nr 6 dot. zadania nr 7 poz. 5-7 dopuścił zaoferowanie materiału kontrolnego w objętości 2,5 ml przy zachowaniu tej samej ilości zestawów, tj. 15 x 2,5 ml , - 5 dostaw po 3 zestawy.

Z-CA DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych

mgr Witold Kmiotek