

DZ./2215/ 16/MS/09

Warszawa, dnia 06.06.2009

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 05.06.2009r. przetargu nieograniczonego znak **IHT/P/16/09** na dostawę : **SPRZĘTU CHŁODNICZEGO DLA LABORATORIUM (zadania 1-5)** na poszczególne zadania została wybrana oferta z najniższą ceną, spełniająca warunki określone w SIWZ oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria oceny ofert: cena - 100 % .**ALAB Sp. z o.o.****00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30 lok. 222****Oferta na zadania: 1; 3; 4; 5;****HEMOSYSTEMS Sobczak i Wspólnicy S.J.****01-460 Warszawa
ul. Górczewska 212/226****Oferta na zadanie: 2;****Streszczenie oceny ofert:**

Nr oferty, Firma, i adres	Cena + Wartość punktowa				
	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 3	Zadanie 4	Zadanie 5
1. KENDROLAB Sp. zo.o 01-796. Warszawa, ul. Duchnicka 3	41.367,76 76,08 PKT			11.099,56 50,01 PKT	
2 HEMOSYSTEMS Sobczak i Wspólnicy S.J. 01-460 Warszawa ul. Górczewska 212/226		24.863,60 100 PKT	28.670,- 72,45 PKT	13.420,00 41,36 PKT	55.632,- 32,14 PKT
3 POCH S.A. 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11		Oferta odrzucona			
4 CHEMINST POLSKA 51-642 Wrocław ul. Olszewskiego 7	32.750,90 96,10 PKT				
5. ALAB Sp. z o.o. 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30 lok. 222	31.476,- 100 PKT	Oferta odrzucona	20.774,16 100 PKT	5.551,- 100 PKT	17.885,20 100 PKT

Oferty odrzucone:

Na zadanie nr 2 – Oferta firmy ALAB Sp. z o.o. 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30 lok. 222.

Podstawa prawna: art. 89 ust 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Podstawa faktyczna: Oferta jest niezgodna z wymaganiami SIWZ, Załącznik nr 1, zadanie nr 2 - Parametry graniczne poz. 2.8. Zamawiający wymagał zamrażarki z szufladami, w odpowiedzi z dnia 02.06.2009r na pytania Wykonawców nie dopuścił zamrażarki z półkami.

Na zadanie nr 2 – Oferta firmy POCH S.A. 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11.

Podstawa prawna: art. 89 ust 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Podstawa faktyczna : Oferta jest niezgodna z wymaganiami SIWZ, Załącznik nr 1, zadanie nr 2 – Parametry graniczne, poz.2.10. zamawiający ograniczył głębokość zamrażarki do 65cm, Wykonawca podał 68 cm. Podana głębokość wynika również z załączonego folderu producenta.

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Rmiotek

K I E R O W N I K
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Krysztyna Sobczak