

Dz.Z/2215/48/232 /2009

Warszawa, dnia 06.11.2009

WYKONAWCYDotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak **IHIT/P/48/2009**
na dostawę : **Aparatury medycznej dla Kliniki chirurgii naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-3)**

W związku z pytaniem otrzymanym od Wykonawcy, Zamawiający przekazuje jego treść , oraz udziela nast. odpowiedzi:

Dot. Zadania nr 3, pkt. II.11Pytanie 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu konieczności dostawy urządzenia posiadającego jednocześnie tryb fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej i dopuści urządzenie posiadające jedynie tryb fluoroskopii pulsacyjnej?

Fluoroscopia pulsacyjna o szybkości np. 15 klatek na sekundę zapewnia najwyższej jakości dynamiczny obraz diagnostyczny badanego obszaru taki jak przy stosowaniu fluoroskopii ciągłej przy znacznie obniżonej dawce w porównaniu do badania przy pomocy fluoroskopii ciągłej. Dzięki postępowi technologicznemu w rozwoju właśnie technik fluoroskopii pulsacyjnej – uzasadnienie diagnostyczne stosowania trybu fluoroskopii ciągłej praktycznie zanika.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie urządzenia posiadającego jedynie tryb fluoroskopii pulsacyjnej.

Z-ca **DYREKTORA**
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych

mgr *Witold Kmiotek*