


Warszawa dnia, 13 10 2009

**WYKONAWCY**

DZ-2215/46/...../198/ 2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr IHiT/P/46/2009 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego /zadania 1 – 34/.

działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.) Zamawiający przekazuje treść pytań oraz odpowiada:

1. Pytanie - dot. zadania nr 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 w odrębny pakiet?
Odpowiedź: Zamawiający opis w SIWZ pozostawia bez zmian.
2. Pytanie - dot. zadania nr 27 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek o poj. 0,1 -10 ul?
Odpowiedź: Zamawiający opis w SIWZ pozostawia bez zmian.
3. Pytanie - dot. zadania nr 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 4 w oddzielny pakiet?
Odpowiedź: Zamawiający opis w SIWZ pozostawia bez zmian.
4. Pytanie - dot. zadania nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 ez sterylnych z zakończeniem prostym i oczkiem pakowanych po 20 szt?
Odpowiedź: Zamawiający opis w SIWZ pozostawia bez zmian.
5. Pytanie - dot. zadania nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.5 wymazówek w próbówce podłożem transportowym Amies?
Odpowiedź: Zamawiający opis w SIWZ pozostawia bez zmian.
6. Pytanie - dot. Rozdz. IV SIWZ 4) TERMINY
Zamawiający wymaga, aby dostawy realizowane były sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, terminy poszczególnych dostaw dostarczanego przedmiotu umowy były każdorazowo uzgadniane telefonicznie i potwierdzane faksem lub drogą elektroniczną do 5 dni przed datą wymaganej dostawy, z uwzględnieniem ilości i rodzaju zamawianego asortymentu.

Czy zamawiający dopuszcza, aby w przypadku zadania 33 terminy poszczególnych dostaw dostarczanego przedmiotu umowy były każdorazowo uzgadniane telefonicznie i potwierdzane faksem lub drogą elektroniczną co najmniej 14 dni przed datą wymaganej dostawy, z uwzględnieniem ilości i rodzaju zamawianego asortymentu?

Odpowiedź: Zamawiający dla zadania 33 dopuszcza taki zapis

7. Pytanie - dot. Rozdz. IV SIWZ 6) Gwarancja

Zamawiający wymaga, aby okres pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosił minimum 24 miesiące od daty dostawy do zamawiającego.

Czy zamawiający dopuszcza, aby ze względu na charakter produktu w przypadku zadania 33, okres pełnej gwarancji wynosił do 12 miesięcy od daty dostawy do zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dla zadania 33 dopuszcza okres pełnej gwarancji - minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

8. Pytanie - dot. Rozdz. IV) 5. Wymagane aktualne świadectwa, atesty i certyfikaty dla oferowanego asortymentu

Czy w przypadku zadania 33 zamawiający dopuszcza, aby produkt oferowany w ramach zadania 33 nie posiadał deklaracji zgodności i/lub CE?

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 33 określił produkt przeznaczony do badań metodami biologii molekularnej.

W SIWZ Zamawiający określił, że oferowany produkt musi posiadać Certyfikat lub oświadczenie producenta o przydatności oferowanego przedmiotu zamówienia do badań metodami biologii molekularnej (. wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR).

9. Pytanie - dot. Rozdz. IV) 5. Wymagane aktualne świadectwa, atesty i certyfikaty dla oferowanego asortymentu

Czy zamawiający dopuszcza, aby produkt oferowany w ramach zadania 33 nie posiadał certyfikatu potwierdzającego, że produkt jest wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR, przy zachowaniu pewności wysokiej ich jakości?

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 33 określił produkt przeznaczony do badań metodami biologii molekularnej.

W SIWZ Zamawiający określił, że oferowany produkt musi posiadać Certyfikat lub oświadczenie producenta o przydatności oferowanego przedmiotu zamówienia do badań metodami biologii molekularnej (. wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR).

10. Pytanie - dot. Wzór umowy 5) Termin ważności przedmiotu umowy, 5.2)

Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot umowy miał określoną datę ważności.

Czy zamawiający dopuszcza, aby ze względu na charakter produktu, w przypadku zadania 33, dostarczony przez dostawcę przedmiot umowy nie posiadał określonej daty ważności, a okres pełnej gwarancji wynosił 12 miesięcy od daty dostawy do zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dla zadania nr 33 dopuszcza okres pełnej gwarancji - minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

11. Pytanie - dot. Wzór umowy 5) Termin ważności przedmiotu umowy, 5.4)

Zamawiający wymaga, aby w razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie jego ważności, Dostawca był zobowiązany do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad - w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Czy zamawiający dopuszcza, aby w razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie jego ważności, Dostawca był zobowiązany do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad - w terminie 28 dni od otrzymania reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający dla zadania 33 dopuszcza taki zapis.

12. Pytanie - dot. Wzór umowy 6) Postanowienia końcowe 6.1)

Zamawiający wymaga, aby Dostawca był zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca.

Czy zamawiający dopuszcza, aby w przypadku zadania 33 Dostawca był zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca?

Odpowiedź: Zamawiający wzór umowy pozostawia bez zmian.

13. Pytanie - dot. Wzór umowy 6) Postanowienia końcowe 6.1)

Zamawiający wymaga, aby Dostawca był zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie.

Czy zamawiający dopuszcza, aby w przypadku zadania 33 Dostawca był zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie?

Odpowiedź: Zamawiający wzór umowy pozostawia bez zmian.

14. Pytanie - dot. Wzór umowy 6) Postanowienia końcowe 6.1)

Zamawiający wymaga, aby Dostawca był zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Czy zamawiający dopuszcza, aby w przypadku zadania 33 Dostawca był zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający wzór umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie - dot. Wzór umowy 6) Postanowienia końcowe 6.1)

Zamawiający wymaga, aby Dostawca był zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu dostawy.

Czy zamawiający dopuszcza, aby w przypadku zadania 33 Dostawca był zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wzór umowy pozostawia bez zmian.

15. Pytanie - dot. zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek do pipet o poj. do 200µl typu Eppendorf, żółtych, z kołnierzem?

Odpowiedź: Zamawiający opis w SIWZ pozostawia bez zmian.

16. Pytanie - dot. zadanie nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek do pipet o poj. do 200µl, ze znacznikami pojemności 10;50 i 100 µl, bezbarwnych?

Odpowiedź: Zamawiający opis w SIWZ pozostawia bez zmian.

17. Pytanie - dot. zadanie nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pudełek z pokrywką na 96 szt. lub 100 szt. końcówek o poj. 1000 µl, autoklawowalnych? Pudełka na określoną liczbę- 60 szt. Kończówek, ma bardzo wąskie grono dostawców, dopuszczenie pudełek na 96 szt lub 100 szt. Kończówek, umożliwi złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert, większej liczbie oferentów, a tym samym obniżenie kosztów pozyskania asortymentu z danego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

18. Pytanie - dot. zadanie nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szalek Petriego o średnicy 60mm, wysokości 14mm, bez żeber wentylacyjnych, pakowanych po 20 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Pytanie - dot. zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipetek jednorazowych Pasteura o dł. 16 cm poj.3ml, z podziałką 3,0/0,5 ml, niesterylnych z polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Pytanie - dot. zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipetek jednorazowych Pasteura o dł. 16 cm poj.1ml, niesterylnych z polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pytanie - dot. zadanie nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnych pipetek jednorazowych Pasteura o dł. 16 cm poj.3ml, z podziałką 3,0/0,5 ml, z polietylenu, pakowanych indywidualnie?

Ze względu na rangę wykonywanych badań przez Państwa Instytut, czy Zamawiający wymaga, aby każde jednostkowe opakowanie posiadało Oznaczenie CE, datę ważności, oznaczenie sterylności, nr LOT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Pytanie - dot. zadanie nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipetek jednorazowych Pasteura o dł. 16 cm poj.3ml, z podziałką 3,0/0,5 ml, niesterylnych z polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Pytanie - dot. zadanie nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Sterylnych probówek z korkami o wym: Sred.16x100mm, okrągłodennych, z PS, pakowanych po 200 szt.

Ze względu na rangę wykonywanych badań przez Państwa Instytut, czy Zamawiający wymaga, aby każda probówka posiadała etykietę z Oznaczeniem CE, datą ważności, oznaczeniem sterylności, nr LOT?

Odpowiedź: Zamawiający opis w SIWZ pozostawia bez zmian.

24. Pytanie - dot. zadanie nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Sterylnych probówek z korkami o wym: Sred.12x86mm, okrągłodennych, z PS, pakowanych po 200 szt.

Ze względu na rangę wykonywanych badań przez Państwa Instytut, czy Zamawiający wymaga, aby każda probówka posiadała etykietę z Oznaczeniem CE, datą ważności, oznaczeniem sterylności, nr LOT?

Odpowiedź: Zamawiający opis w SIWZ pozostawia bez zmian

25. Pytanie - dot. zadanie nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipetek jednorazowych Pasteura o dł. 16 cm poj.3ml, z podziałką 3,0/0,5 ml, z grubym końcem, z PE, sterylnych, pakowanych indywidualnie?

Ze względu na rangę wykonywanych badań przez Państwa Instytut, czy Zamawiający wymaga, aby każde jednostkowe opakowanie posiadało Oznaczenie CE, datę ważności, oznaczenie sterylności, nr LOT?

Odpowiedź: Zamawiający opis w SIWZ pozostawia bez zmian

26. Pytanie - dot. zadanie nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipetek jednorazowych Pasteura o 14,5cm, _ poj.3ml bez podziałki, z cienkim końcem do precyzyjnych dozowań, z PE, sterylnych, pakowanych indywidualnie.

Ze względu na rangę wykonywanych badań przez Państwa Instytut, czy Zamawiający wymaga, aby każde jednostkowe opakowanie posiadało Oznaczenie CE, datę ważności, oznaczenie sterylności, nr LOT?

Odpowiedź: Zamawiający opis w SIWZ pozostawia bez zmian

27. Pytanie - dot. zadanie nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie statywu czteromiejscowego, z plexi, bezbarwnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Pytanie - dot. zadanie nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający, w opisie wysokości miał na myśli wysokość celki na probówkę, czy wysokość całego statywu?

Czy Zamawiający dopuszcza statyw 20-miejscowy, dwurzędowy, z numeracją, o wysokości całkowitej 49mm?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli wysokość całego statywu.

29. Pytanie - dot. zadanie nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie statywu z PP na 9 probówek o śr. 18mm, jednorzędowego, całkowita wysokość statywu- 65mm, lub statywu na 12 probówek o średnicy 18mm z PP, jednorzędowego o wysokości całkowitej 80mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie statywu z PP na 9 probówek o śr. 18mm jednorzędowego, o całkowitej wysokości statywu- 65mm.

30. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

31. Pytanie - dot. Wzór umowy §3 ust. 5

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez Wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być mniejsza niż 80% wartości umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wzór umowy pozostawia bez zmian.

32. Pytanie - dot. Wzór umowy §5 ust. 3

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie okresu ważności produktu umowy do np. 12 m-cy?

Odpowiedź: Zamawiający wzór umowy pozostawia bez zmian.

33. Pytanie - dot. zadanie 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek do pipet o poj. 0,5-10ul typu Gilson Pipetman?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

34. Pytanie - dot. zadanie 1 poz. 13

Ponieważ nie istnieją na rynku końcówki „extra- long „, pakowane w pudełka to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tych końcówek bez pudełek?

Jeżeli nie to czy Zamawiający dopuści zamiast końcówek extra log końcówki z kapilarnym zakończeniem pakowane w pudełka po 96 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówki „extra- long bez pudełek

35. Pytanie - dot. zadanie 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pastera o poj. 3 ml niesterylnych z podziałką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

36. Pytanie - dot. zadanie 5 poz. 2

Ze względu na brak na rynku probówek typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem stożkowym z podziałką czy Zamawiający wyrazi na zaoferowanie takich probówek bez podziałki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

37. Pytanie - dot. zadanie 13 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu na probówki typu Eppendorff o poj. 1,5-2ml i wysokości 48mm?

Odpowiedź: Zamawiający opis pozostawia bez zmian.

38. Pytanie - dot. zadanie 13 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu powlekanego warstwą ochronną na 50 probówek o śr.12mm 5 rzędowego i wys. 65 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

39. Pytanie - dot. zadanie 30 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek typu Eppendorf na 0,2 ml do PCR bez matowego pola do opisu i zawiasu safe-lock?

Co Zamawiający ma na myśli pisząc wieczko wypukłe umożliwiające opis?

Odpowiedź: Zamawiający opis pozostawia bez zmian.

40. Pytanie - dot. zadanie 30 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek typu Eppendorf 0,5 ml do PCR pakowanych po 1000 szt?

Odpowiedź: Zamawiający opis pozostawia bez zmian.

41. Pytanie - dot. zadanie 30 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści probówki bez pola do opisu?

Odpowiedź: Zamawiający opis pozostawia bez zmian.

42. Pytanie - dot. zadanie 30 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający opis pozostawia bez zmian.

43. Pytanie - dot. zadanie 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek typu Eppendorff o poj. 1,5 ml bez pola do opisu?

Co Zamawiający ma na myśli pisząc wieczko do opisu?

Odpowiedź: Zamawiający opis pozostawia bez zmian.

44. Pytanie – dot. zadanie 34 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek typu Eppendorff o poj. 1,5 ml bez pola do opisu?

Odpowiedź: Zamawiający opis pozostawia bez zmian.

45. Pytanie – dot. zadanie 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 3 szt. PCR – 96 – C zamiast 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający opis pozostawia bez zmian.

46. Pytanie – dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 pipety Pasteura o poj. 1 ml z podziałką i dł. 11,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

47. Pytanie – dot. zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 pipety Pasteura o poj. 3,5 ml pakowane po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza .

podpisal

Z-ca Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
ds. Techniczno – Administracyjnych

mgr Witold Kmiotek

Oryginał pisma wysłano pocztą

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma

Otrzymano dn.....podpis

K I E R C O W I N
Działu Zamówień Publicznych i Zaopiekowania

Krzyszyna Sobczak