

Warszawa, dnia 19.01.2010 r

**DZ/2215/3/2/2010****WYKONAWCY**

**dotyczy:** Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak:  
**IHiT/P/3/2010 na dostawę szwów i materiałów chirurgicznych (zadania nr 1 – 12)**

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/3/2010 na dostawę szwów i materiałów chirurgicznych (zadania nr 1 – 12), Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

**ZADANIE NR 1****Pytanie nr 1**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 14 igłę 26 mm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 2**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 11 nitkę 240 cm pętla?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 3**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 26 podwiązkę na rolce 250 cm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 4**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 13 nitkę 70 cm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 5**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 15 igłę ½ koła okrągłą 22 mm z nitką 70 cm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 6**

*Ze względu na uczciwą konkurencję prosimy o wydzielenie poz. 16 do oddzielnego pakietu np. 1A.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 7**

*Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 szew z kwasu poliglikolowego powleczony poliglikonatem o okresie podtrzymywania po 14 dniach 60-70% po 21 dniach 24-42%, 19-25% po 28 dniach?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie

**Pytanie nr 8**

*Zadanie Nr 1*

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, pleciony, 90% kwasu poliglikolowego i 10% kwasu polimlekowego, powlekany mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50% wartości początkowej oraz o czasie wchłaniania pomiędzy 54 – 70 dni od wszczęcia przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian?

**UZASADNIENIE:** Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Państwa materiał szewny w tym zadaniu. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogąc złożyć ofertę w zadaniu Nr 1 znacznie zwiększymy konkurencyjność postępowania.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie

**Pytanie nr 9**

*Zadanie Nr 1, poz. 13*

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitki o długości 70 cm.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 10**

*Zadanie Nr 1, poz. 15, 16*

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego, np. 1A.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

### **Pytanie nr 11**

Zadanie Nr 1, poz. 17 – 20, 22, 26

*W trosce o ochronę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o odstąpienie od podwiązek na rolkach. Jest to dość specjalistyczny materiał szewny, którego umieszczenie w tym zadaniu znacznie ogranicza uczciwą konkurencję. Ponadto podwiązki na rolkach powodują znaczne zwiększenie kosztów zakupu nici.*

*W/w postulat nie zmienia Zamawiającemu charakteru przeznaczenia - zastosowania szwu. Należy podkreślić, że podwiązka o dł. 150 cm nie jest aż tak długim materiałem szewnym aby stawiać wymóg „podwiązki na rolce”.*

W przypadku odmowy **wnioskuję** o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

## ZADANIE NR 2

### **Pytanie nr 12**

Zadanie Nr 2

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szwy niewchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe polipropylenowe były z dodatkiem glikolu polietylenowego.*

*Materiał szewny odpowiadający opisowi posiada w swojej ofercie tylko jeden producent/dystrybutor firma COVIDIEN Sp. z o.o. (szwy polipropylenowe o nazwie SURGIPRO II). Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu innym Wykonawcom.*

### **Odpowiedź**

Z uzyskanych przez zamawiającego informacji, materiały szewne odpowiadające opisowi w SIWZ posiada nie tylko firma COVIDIEN.

### **Pytanie nr 13**

Zadanie Nr 2, poz. 1, 3, 6

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby igła w w/w pozycji widoczna była w polu operacyjnym.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

### **Pytanie nr 14**

Zadanie Nr 2, poz. 3, 4

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitki o długości 60 cm.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

### **Pytanie nr 15**

Zadanie Nr 2, poz. 7, 8

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitki o długości 75 cm.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie

### **Pytanie nr 16**

Zadanie Nr 2, poz. 11

*Czy zamawiający dopuszcza w w/w pozycji igłę tnącą o trzech krawędziach tnących w miejsce igły tnącej z czterema krawędziami tnącymi? W przypadku odmowy proszę o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**Pytanie nr 17**

*Zadanie Nr 2, poz. 15*

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego, np. 2A.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

<b>ZADANIE NR 3</b>
---------------------

**Pytanie nr 18**

*Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 3 również szew niewchłaniaalny, syntetyczny, monofilament, poliamidowy, spełniający pozostałe wymogi opisu?*

**UZASADNIENIE:** Jest to szew skórny mający to samo zastosowanie i przeznaczenie, co szew wymagany przez Państwa. Jednocześnie szew polibutesterowy jest szwem charakterystycznym dla jednego producenta/dystrybutora, co praktycznie uniemożliwia uczciwą konkurencję w całym pakiecie.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**Pytanie nr 19**

*Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 3 poz.1 również długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**Pytanie nr 20**

*Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 3 poz.7 również nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**Pytanie nr 21**

*Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 3 poz.8 również igłę okrągłą o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**Pytanie nr 22**

*Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 3 poz.8 również igłę 36mm i nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

### **Pytanie nr 23**

*Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 3 szew monofilamentowy z poliamidu?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

### **Pytanie nr 24**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 6 i 9 igłę odwrotnie tnącą 3/8 koła 39 mm?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

### **Pytanie nr 25**

*W trosce o ochronę uczciwej konkurencji wnosimy o dopuszczenie w w/w zadaniu również szwów poliamidowych, posiadających te same właściwości, co szwy polibutestrowe, przeznaczone do tego samego celu.*

**UZASADNIENIE:** Opisane w tym zadaniu pozycje to tzw. Szwy skórne. Zdecydowanie najpopularniejszym od lat materiałem do tych zestawów jest poliamid. Sprawdza się doskonale i znajduje zastosowanie w ofercie wszystkich producentów nici chirurgicznych. Natomiast nici polibutestrowe znajdują się w ofercie tylko jednego producenta/dystrybutora firmy TYCO (nowa nazwa firmy to COVIDIEN Sp. z o.o.). Firma ta posiada w swojej ofercie również szwy poliamidowe. Jeżeli podtrzymacie Państwo zapisy SIWZ, sytuacja taka uniemożliwi jakąkolwiek konkurencję w tym zadaniu. Z góry zostanie wskazany dostawca, niezależnie od zaproponowanej ceny. Pragniemy nadmienić, że szwy polibutestrowe są KILKAKROTNIĘ droższe od mogących je zastąpić szwów poliamidowych.

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

## **ZADANIE NR 4**

### **Pytanie nr 26**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5 podwiązkę 5x75 cm?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie

### **Pytanie nr 27**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 6 i 10 podwiązkę 5x45 cm?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie

### **Pytanie nr 28**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 13 nitkę 90 cm?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie

### **Pytanie nr 29**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 14 igłę 26 mm?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

### **Pytanie nr 30**

*Zadanie Nr 4, poz. 7 – 9*

*W trosce o ochronę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o odstąpienie od podwiązek na rolkach. Jest to dość specjalistyczny materiał szewny, którego umieszczenie w tym zadaniu znacznie ogranicza uczciwą konkurencję. Ponadto podwiązki na rolkach powodują znaczne zwiększenie kosztów zakupu nici.*

*W/w postulat nie zmienia Zamawiającemu charakteru przeznaczenia – zastosowania szwu.*

*W przypadku odmowy **wnioskuję** o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

## **ZADANIE NR 5**

### **Pytanie nr 31**

*Czy Zamawiający dopuszcza w **zadaniu nr 5** monofilament z glikonatu o okresie podtrzymywania tkankowego 0% po 28 dniach (50% po 14 dniach)?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

### **Pytanie nr 32**

*Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1-4, 6** nitkę 70 cm?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

### **Pytanie nr 33**

*Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 9** igłę 18 mm?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

### **Pytanie nr 34**

*Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 4** nitkę barwioną?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

### **Pytanie nr 35**

*Zadanie Nr 5*

*Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, monofilament złożony z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania do 28 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15% pierwotnej wytrzymałości oraz o czasie wchłaniania pomiędzy 90 – 120 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.*

**UZASADNIENIE:** Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Państwa materiał szewny w tym zadaniu. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo

bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogąc złożyć ofertę w zadaniu Nr 5 znacznie zwiększymy konkurencyjność postępowania.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie

**Pytanie nr 36**

*Zadanie Nr 5, poz. 9*

*Czy zamawiający dopuszcza w w/w pozycji igłę tnącą o trzech krawędziach tnących w miejsce igły tnącej z czterema krawędziami tnącymi? W przypadku odmowy proszę o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**Pytanie nr 37**

*Zadanie Nr 5, poz. 9*

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici barwionej.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie, ale tylko dla parametrów określonych w SIWZ.

<b>ZADANIE NR 6</b>
---------------------

**Pytanie nr 38**

*Czy Zamawiający dopuszcza w **zadaniu nr 6** szew szybkowchłaniałny, pleciony z kwasu poliglikolowego powleczony glikonatem o okresie podtrzymywania 10-14 dni (50% po 5 dniach)?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 39**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 igłę 24 mm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 40**

*Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 3-5, 8, 9** nitkę 70 cm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 41**

*Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 6** nitkę 90 cm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 42**

*Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 9** igłę 18 mm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 43**

*Zadanie Nr 6*

*Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści szew syntetyczny wchłaniający pleciony z kwasu glikolowego, powlekany podtrzymujący tkanę około 65% po 7 dniach, około 50% po 8 – 11 dniach od wszczepienia i wchłaniający się około 42 dnia, jałowy, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?*

*Szew ten posiada około 20% siły podtrzymywania w 14 dniu od wszczepienia.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**Pytanie nr 44**

*Zadanie Nr 6, poz. 7*

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici bezbarwnej.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**Pytanie nr 45**

*Zadanie Nr 6, poz. 9*

*Czy zamawiający dopuszcza w w/w pozycji igłę tnącą o trzech krawędziach tnących w miejsce igły tnącej z czterema krawędziami tnącymi? W przypadku odmowy proszę o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**ZADANIE NR 8**

**Pytanie nr 46**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 igłę obrotową 60 mm z usp. 5 nitka 4x45 cm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie

**ZADANIE NR 9**

**Pytanie nr 47**

*Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9, poz.1:*

*Siatkę miękką, niewchłaniającą 2-warstwową, dootrzewnową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), oraz z mikroporowatego polipropylenu (PP), o grubości: 0,5 mm i gramaturze: 76 g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 18x14 cm (SIWZ wymaga 20x15 cm)?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.



**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9, poz.2:

Siatkę miękką, niewchłaniającą 2 – warstwową, dootrzewną. Z jednej strony wykonaną mikroporowatego politerafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki oraz z mikroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, grubość siatki: 0,5 mm i gramatura: 76g/m<sup>2</sup>,rozmiar 25x20 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie


**Pytanie nr 49**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9, poz. 3:

Siatkę miękką, niewchłaniającą 2 – warstwową, dootrzewną. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny ( ePTFE ), oraz z mikroporowatego polipropylenu (PP), o grubości: 0,5 mm i gramaturze: 76 g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 35x25 cm (SIWZ wymaga 37x28 cm)?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania, utrzymuje opis zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Zastępca Dyrektora Ośrodka Ekonomiki i Finansów  
Główny Księgowy  
  
mgr Marianna Jońska

**Oryginal pisma wysłano pocztą**

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu /022/ 349 62 23

Otrzymano dn.....podpis.....