

Dz.Z/ 2215/ 35 / 110 /2010

Warszawa, 13.07.2010r

WYKONAWCY

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego
Znak IHIT/P/35/10 na Dostawę odczynników do oznaczania
immunofenotypowania komórek krwi oraz dzierżawa automatycznych
analizatorów /zadania 1-11/**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytut Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia** :

Pytanie 1

Prosimy o odpowiedź na pytania:

Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuści złożenie oferty na odczynniki z następującymi terminami ważności:

- a./ Poz. od 1 do 3 oraz poz. od 8 do 12 minimum 7 miesięcy?
- b./ Poz. od. 4 do 7 minimum 4 miesiące?
- c./ Pozostałe wyroby zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników oferujemy terminy ważności zgodnie z zaleceniami producenta

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza proponowane terminy ważności.****Pytanie 2**

Czy Zamawiający w zadaniu 5 wyraża zgodę na dostarczenie aparatu w ciągu 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie 3**„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy dzierżawy zał. nr 5 na następujący zapis § 5 ust. 2. Strony ustalają, że czynsz, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przelewem na rachunek bankowy wpisany na fakturze w ciągu 30 dni od daty **wystawienia** oryginału faktury?”

Uzasadnienie: Przepisy odnoszące się do podatku VAT nie pozwalają na zastosowanie, w odniesieniu do usług dzierżawy, terminu płatności dłuższego niż 30 dni od dnia wystawienia faktury.”

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z-CA DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek