


Dz.Z./ 2215/ 36/ 118 /2010



Warszawa, 20.07.2010r

**WYKONAWCY**

**Dotyczy:** Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT P/ 36 /10 na Dostawę materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych /zadania 1-7/

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych (zadania 1-7), Instytut Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

**Pytanie 1****Dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści szew niewchłaniający, syntetyczny, monofilament nylonowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2****Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, monofilament złożony z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach około 40% po 21 dniach około 15%, czas wchłaniania 90-120 dni?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3****Dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, monofilament złożony z polidoksanonu, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach około 75% po 28 dniach około 65-70% (w zależności od grubości nici), po 43 dniach około 55-60% (w zależności od grubości nici), czas wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4****Dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, pleciony, 09% kwasu poliglikolowego i 10% kwasu polimlekowego, powlekany mieszaniną

powyższych kwasów i stearynianem wapnia, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach około 75% po 21 dniach około 50 % czas wchłaniania 54-70 dni?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5**

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 3 monofilament z glikonatu o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 13-14 dniach , czas wchłaniania do 60-90 dni?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

**Pytanie 6**

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-2 nitkę 70cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

**Pytanie 7**

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 nitkę 70 cm barwioną ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

**Pytanie 8**

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 7 igłę 3/8 koła 18mm o czterech krawędziach tnących?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

**Pytanie 9**

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 7 nitkę barwioną 70 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

**Pytanie 10**

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 4 monofilament z poli-pdioksanonu o okresie podtrzymywania tkankowego do 10 tygodni po ok. 28 dniach 50-70% czas wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

**Pytanie 11**

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 igłę 1/2 koła 48mm o czterech krawędziach tnących z nitką 200 cm pętla?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

**Pytanie 12**

Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 5 szew wchłanialny, pleciony z kwasu poliglikolowego powleczony poliglikonatem o okresie podtrzymywania tkankowego 19-25% po 28 dniach ( po 14 dn. ok. 60-70% po 21 dn. ok. 24-42%) wchłanianie w okresie 60-90 dni?

*Amu*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

**Pytanie 13**

Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach oraz 40-50% po 21 dniach, pozostałe wymagania siwz bez zmian?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

**Pytanie 14**

Zadanie nr 7 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przylepiec na włókninie o dł. 9,14m?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przylepiec na włókninie o dł. 9,14m?

**Pytanie 15**

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy 17n12w a'5szt lub 17n8w a'10 szt, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w kompresu.

**Pytanie 16**

Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy 17n12w a' 5 szt lub 17n8w a'10szt, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w kompresu.

**Pytanie 17**

Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert i konkurencyjnych cen?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 18**

Pakiet 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z tasiemką, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga serwety bez tasiemki.

**Pytanie 19**

Pakiet 7 poz. 6,7

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną:

- z tasiemką 30x30x a'2szt lub a'5 szt

- z tasiemką 45x45 a'2szt lub a'5 szt

spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwet.

**Pytanie 20**

Pakiet 7 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z tasiemką, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga serwety bez tasiemki.

**Pytanie 21**

Pakiet 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z tasiemką a'2szt, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w serwety.

**Pytanie 22**

Pakiet 7 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści przylepiec 2,5x9,14 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przylepiec 2,5x9,14 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

**Pytanie 23**

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści inną metodę sterylizacji np. tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź**

Wymagania zgodnie z SIWZ.

Z-ca D Y R E K T O R A  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
z/s technicz. i administracyjnych

mgr Witold Kmiotek

*[Handwritten mark]*