


Dz.Z/ 2215/ 60 / 209 /2010



Warszawa, 22.11.2010r

WYKONAWCY

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego
znak IHiT P/ 60 /10 na Dostawę Sprzętu medycznego/zadania 1-7/**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na dostawę sprzętu medycznego (zadania 1-7), Instytut Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia** :

Pytanie 1**Zadanie nr 7 -Laryngoskopy**

„Czy Zamawiający dopuści walizkę przeznaczoną na rękojeść i 4 łopatki (E-Machintosh w roz. 3 i 4 oraz Miller w roz. 0 i 2) oraz 2 pozostałe łopatki (E-Machintosh w roz. 2 oraz Miller w roz. 1) oferowane luzem? Standardowy zestaw laryngoskopowy składa się z rękojeści i 4 łopatek.”

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania

Pytanie 2**Zadanie nr 7 -Laryngoskopy**

„Czy Zamawiający będzie wymagać dożywotniej gwarancji na oferowane łopatki, co najlepiej potwierdza ich wysoka jakość i trwałość?”

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania laryngoskopów światłowodowych, jednorazowych zgodnych z SIWZ.

Pytanie 3**Zadanie nr 7 -Laryngoskopy**

„Czy Zamawiający będzie wymagać aby łopatki były wykonane z jednego kawałka stali szlachetnej oraz posiadały demontowalny światłowód?”

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z kaniulą posiadającą przezroczyste sterylne opakowanie („blister –pack”) tj. folię przezroczystą i papier klasy medycznej, zabezpieczoną sztywną osłonką ochronną?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania nr 1 pozycji 7 zawierającą strzykawkę insulinową w jeden osobny pakiet producentki (np. zadanie nr 1a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu....”

Odpowiedź

Zamawiający **nie** wyraża zgody

Pytanie 6

Dotyczy Zadania nr 1 pozycji 7

„Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do przetargu strzykawkę insulinową 1ml/40 j.m. z nakładaną igłą 0,4x13mm”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 7

Dotyczy Zadania nr 2 pozycji 2

„Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego , czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kanikule 24G 0,72x19mm o przepływie do 20 ml/min”

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-4

„Czy Zamawiający dopuści strzykawki od 2 ml do 20ml trzyczęściowe , centryczne, spełniające pozostałe wymagania SIWZ oraz czy odstąpi od wymogu rozszerzonej skali i nazwy producenta na strzykawce?”

Odpowiedź

Zamawiający **nie** dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o dł. 240mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ”

Odpowiedź

Zamawiający **nie** dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 4,8

„Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert i konkurencyjnych cen?”

Odpowiedź

Zamawiający **nie** dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

-W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach którego konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego



zobowiązania stron”

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

Zapisy w SIWZ oraz w projekcie umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 12

Dotyczy Zadania 1, poz. 1-4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.”

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

Pytanie 13

Dotyczy Zadania 1, poz. 5,6

„Czy strzykawki mają posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo) oraz typ strzykawki, co pozwala na właściwy wybór i kontrolę ustawienia menu pompy? Pragniemy nadmienić, światowi producenci strzykawek produkują ww. produkty o tej samej pojemności z przeznaczeniem do różnego typu pomp (które podlegają różnym ustawieniom w menu pompy).”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy Zadanie 1, poz. 7

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych do podawania insuliny w końcówką Luer z nakładaną igłą.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy Zadanie 2, poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE ze standardowym portem iniekcyjnym, umożliwiającym podanie bolusu podczas wlewu, widocznych w aparacie ultrasonograficznym, bezlateksowych”.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza**

Pytanie 16

Dotyczy Zadania 2, poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu), bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widocznej w aparacie ultrasonograficznym.”

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

Pytanie 17

Dotyczy Zadania 2, poz. 2

„Czy kaniule mają posiadać przepływ 13 ml/min?”

Odpowiedź



Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy Zadania 6, poz. 1

„Czy w związku z zapisami SIWZ, iż kaniula ma być przeznaczona do stosowania cytostatyków, Zamawiający oczekuje potwierdzenia spełniania ww. wymogu stosownym oświadczeniem producenta”

Odpowiedź

Zamawiający dla zadania 6 poz. 1 dopuszcza złożenie potwierdzenia spełniania ww. wymogu stosownym oświadczeniem producenta.

Pytanie 19

Dotyczy Zadania 6, poz. 1

„Czy strzykawki mają posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo) oraz typ strzykawki, co pozwala na identyfikację strzykawki bez konieczności posiadania opakowania jednostkowego produktu?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza .

PROF. DR hab. inż. J. KAMOTEK
KATEDRA TECHNOLOGII I TRASTUZIOLOGII
INŻYNIERNO-ADMINISTRACYJNYCH
J. Kamotek

