

Dz.Z/2215/3/14/2011

Warszawa dn.01.02.2011

WYKONAWCY

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego
Znak IHiT/P/3/2011 na dostawę Bielizny operacyjnej jednorazowej i zestawów do
zabiegów operacyjnych, ostrzy do strzygarek, pokrowców higienicznych oraz ręczników z celulozy
(zadania 1-6)**

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy:

Par.6 ust.5.4 prosimy dopisać: Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy ,pod warunkiem ,że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz),jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności,
- c. Istotnej zmiany cen przez producenta.

Par.4 ust.1.5 prosimy wykreślić

Par.4 ust.4 prosimy zmienić: „obciążenia” na „uznanie”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz.2 fartuchów o gramaturze 35g/m2, w części wzmocnionej 85 g/m2.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 ubrań w rozmiarach od S do XL

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na pierwszą część pytania.

Wyjaśnienie do części drugiej pytania: Zamawiający dopuszcza w specyfikacji asortymentowo- cenowej do zadania 1 ,ubrania w rozmiarach od S do XL.

Pytanie 3

Dotyczy zadania nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 następującego zestawu:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łata chłonna i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H₂O

W poz.2

- 1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocniona
- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma op 9 x 50 cm
- 1 prześcieradło dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330x230 cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 36 x 36 cm, uchwyt na przewody
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
- Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165cm H₂O

W poz.3

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i uchwyt na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm
- 1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m
- 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm
- 3 taśmy op 9 x 50 cm
- 1 serweta z wycięciem z łata chłonna i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
- Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H₂O

W poz.4

- 1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy op 9 x 50 cm
- 1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, przesłona 31 x 35 , łata chłonna 5x80 cm, uchwyt na przewody
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
- Gramatura 60g/m²
- Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165cm H₂O

W poz. 5

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 2 ręczniki do rąk
- 1 uchwyt na przewody z rzepami 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna ze zintegrowaną przesłoną i torebką na płyny, 60 x 120 cm i z przesłoną 9 x 12 cm
- 1 serweta ginekologiczna 270 / 230 x 260 cm, przesłona 24 x 21 cm z zintegrowanymi nogawicami
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
- Gramatura 60g/m²
- Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165cm H₂O

W poz. 6

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma op 9 x 50 cm
- 1 przyklejana serweta 75 x 90 cm
- 1 serweta z wycięciem z łata chłonna i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H₂O

W poz. 7

1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm, składana
2 ręczniki do rąk
1 serweta włóknista 50x80 cm
1 przyklejana serweta 50 x 60 cm
1 serweta angiograficzna 230 x 300 cm, łata chłonna 75x70 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
Gramatura 60g/m²
Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165cm H₂O

W poz. 8

1 taśma op 9x50 cm
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,
4 ręczniki do rąk
2 przyklejane serwety z łata chłonna i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H₂O

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie dotyczące zadania nr 3 :

Poz.2: 1 taśma op 9x50 cm- brak w zadaniu Zamawiającego,
1 prześcieradło dla dziecka 75 x120 cm- brak z zadaniu Zamawiającego,
Poz.3:1 elastyczna pończocha 30x120 cm-brak w zadaniu Zamawiającego,
1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m- brak w zadaniu Zamawiającego,
2 przyklejane serwety 75 x 90 cm- brak w zadaniu Zamawiającego,
3 taśmy op 9x 50 cm-- brak w zadaniu Zamawiającego,
Poz.5: 2 ręczniki do rąk- Zamawiający wyszczególnił w zadaniu, 4 ręczniki do rąk,
1 serweta ginekologiczna 270/230x260 cm, przesłona 24x21 cm ze zintegrowanymi nogawicami
– brak w zadaniu Zamawiającego.
Poz.7:1 serweta włóknista 50x80cm- brak w zadaniu Zamawiającego,
Poz.8:1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78x145 cm- brak w zadaniu Zamawiającego,
4 ręczniki do rąk- brak w zadaniu Zamawiającego.

Pytanie 4

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3 do osobnego zadania, podział zwiększy konkurencyjność a Państwu pozwoli na pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5 do osobnego zadania ,podział zwiększy konkurencyjność a Państwu pozwoli na pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s technicznych i administracyjnych

mgr Waldemar Kmita

JOK.