

Warszawa, dnia 09.05.2011

**DZ/2215/28/120/2011**

## WYKONAWCY

### INFORMACJA O POWTÓRZENIU (DOKONANIU) CZYNNOŚCI

**I.** Działając na podstawie art. 181. ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia się uczestników postępowania na dostawę: **Drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku ,Znak IHIT/P/28/2011**

że w wyniku zapoznania się z treścią Informacji o naruszeniu prawa złożonej przez firmę BOSTON SCIENTIFIC Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, następująca czynność – ponowne badanie i ocena ofert w zakresie **Zadania nr 12** została przez Zamawiającego powtórzona (dokonana):

#### II. Ponowny wybór oferty:

NUMER OFERTY	FIRMA (NAZWA) lub NAZWISKO oraz ADRES WYKONAWCY	W OPARCIU O PODANE KRYTERIUM WYBORU: OFEROWANA CENA – 100% = 100 punktów = OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA	
		NUMER ZADANIA (PAKIETU)	
		12	
		PRZED.	PO
4	HAMMERMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/Spółka komandytowa Ul. Kopcińskiego 73/75 90-033 Łódź	74 106,90	74 106,90
		100 pkt	Oferta odrzucona
5	BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa	93 150,00	93 150,00
		79,55 pkt	100 pkt

### III. ZAWIADOMIENIE O OFERTACH ODRZUCONYCH:

Na podstawie art. 92. ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ), Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu została **odrzucona** oferta niżej wymienionego Wykonawcy:

#### Zadanie nr 12

Oferta nr 4

**Nazwa Firmy:** HAMMERMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, Spółka Komandytowa

**Adres Firmy:** ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź

**Podstawa Prawna:** art. 89 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ) – „*jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3*”.

**Uzasadnienie faktyczne:** W trakcie postępowania wpłynęło zapytanie do zadania nr 12 z firmy Hammermed Sp. z o.o./Sp. Komandytowa następującej treści:

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 12, zestawów opasek do żyłaków przełyku w zakresie 4,6 i 10 gumek z magazynkiem spustowym działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem. Zestawy posiadające przezroczystą nasadkę o zwiększonym polu widzenia. Posiadające przedostatnią opaskę przezroczystą sygnalizującą pozostanie ostatniej opaski. Uniwersalna nasadka kompatybilna z gastroskopami firmy Olympus o średnicy w zakresie 9,5 mm- 13 mm.”

- pismem z dnia 19.04.2011 r. (Dz.Z/2215/28/99/2011) Zamawiający dopuścił w/w rozwiązanie ,ale nie zmienił treści SIWZ i nie zwolnił Wykonawców z obowiązku spełnienia pozostałych wymogów określonych w załączniku nr 1 tj .tabeli parametrów granicznych/odcinających.

Firma Hammermed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa nie odniosła się w swojej ofercie do załącznika nr 1,paramaterów granicznych/odcinających w sposób określony w SIWZ.

Z-GA DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych  
z up. JOK  
mgr Witold Kmiotek