

Dz.Z/ 2215/ 51/ 208 /2011

Warszawa, 13.07.2011r

**WYKONAWCY**

*Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHIT/P/451/2011 na Dostawę igieł i specjalistycznego, drobnego sprzętu medycznego /zadania 1-31/.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na dostawę **igieł i specjalistycznego, drobnego sprzętu medycznego (zadania 1- 31)**, Instytut Hematologii i Transfuzjologii przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia :

**Pytanie 1****Dotyczy Zadania nr 9**

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9**, dopuści prowadnicę w rozmiarze 15F, spełniającą pozostałe wymagania?

**Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie**

**Pytanie 2****Dotyczy Zadania nr 12**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Zadaniu nr 12 w pozycji 1 tj. Termoven:HEPA?

**Odpowiedź**

**Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian**

**Pytanie 3****Dotyczy Rzodz. V. pkt 3.1. SIWZ**

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające oświadczenie (przedłożenie na wezwanie) w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE, (w zależności od klasyfikacji wyrobu) a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy?. Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Z treści Oświadczenia wynika, że zaoferowane pozycje muszą spełniać wymagania w/w ustawy o wyrobach medycznych.**

**Pytanie 4****Dotyczy Umowy-Paragraf 6 ust. 1.1.5.**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: „Zamawiający ma prawo wykonywać potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności faktury Wykonawcy na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie z umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony”

**Odpowiedź**

**Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian**

### **Pytanie 5**

#### **Dotyczy Zadanie nr 1 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści worek - DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM - DWUTYGODNIOWY

- worek zbiorczy o pojemności 1500 i 2000ml, skalowany co 50ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym

- jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego /T/;
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120cm
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu
- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie
- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1ml od 4ml do 50ml (w komorze wstępnej) i co 5ml do 500ml (w pozostałych komorach)
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie
- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty/, opróżniający jednocześnie

- wszystkie komory pomiarowe
- tylna ścianka komory biała, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujących do okrągłych i kwadratowych ram łóżka

- Bezlataksowy worek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, przy użyciu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje jego wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

Zalecany okres utrzymania u pacjenta do 14 dni.

- Worek sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu), pakowany zgodnie z PN-EN 556 i PN-EN 868 w opakowanie foliowo-papierowe.

#### **Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

### **Pytanie 6**

#### **Dotyczy Zadanie nr 1 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu z podziałką co 100 ml, cyfrowo co 500ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

#### **Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

### **Pytanie 7**

#### **Dotyczy Zadanie nr 1 pozycja 3**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

#### **Odpowiedź**

**Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.**

### **Pytanie 8**

#### **Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści motylek w rozmiarze 0,8 x 19 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

#### **Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

**Pytanie 9**

**Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści sondy dwunastnicze o dł. 121cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

***Odpowiedź***

***Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.***

**Pytanie 10**

**Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści stazy z logiem producenta?

***Odpowiedź***

***Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.***

**Pytanie 11**

**Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 9**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9 z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

***Odpowiedź***

***Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.***

**Pytanie 12**

**Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o poj. 25-30ml. Spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

***Odpowiedź***

***Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.***

**Pytanie 13**

**Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o poj. 25-30ml. Spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

***Odpowiedź***

***Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.***

**Pytanie 14**

**Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści rurki o dł. 8,5cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

***Odpowiedź***

***Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.***

**Pytanie 15**

**Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z wkładką z nadrukowanymi opisami nr. Łóżka, płęć, nazwisko, data spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

***Odpowiedź***

***Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.***

**Pytanie 16**

**Dotyczy Zadanie nr 5 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści anestetyczne maski twarzowe wielorazowe, niesterylne?

***Odpowiedź***

***Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.***

**Pytanie 17**

**Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika?

**Odpowiedź**

**Tak. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 18**

**Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 2.**

Prosimy o doprecyzowanie czy worek do dobowej zbiórki moczu ma być wyposażony w tylną ściankę w kolorze białym, taka jak obecnie stosowany?

**Odpowiedź**

**Tak. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 19**

**Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 2.**

Prosimy o sprecyzowanie czy worki na mocz mają posiadać port do pobierania próbek?

**Odpowiedź**

**Tak. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 20**

**Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 3.**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie worka do drenażu o pojemności 350 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ

**Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający dopuszcza..**

**Pytanie 21**

**Dotyczy Zadanie nr 2 poz. 2.**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie przedłużacza do pomp strzykawkowych z kranikiem trójdrożnym z przedłużaczem 50cm bez dodatkowego portu iniekcyjnego, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź**

**Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 22**

**Dotyczy Zadanie nr 2 poz. 1-4.**

Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki trójdrożne mają być wyposażone w białe trójramienne pokrętło ułatwiające precyzyjną obsługę?

**Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

**Pytanie 23**

**Dotyczy Zadanie nr 9**

Prosimy o określenie czy prowadnica, taka jak obecnie stosowane, ma być zbrojona na całej długości?

**Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

**Pytanie 24**

**Zadanie Nr 11, poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów prostych z czystego silikonu w rozm: 18, 21, 24, 28, 30, 36 i 39F, spełniających pozostałe wymogi siwz.

**Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

Pytanie 25

Zadanie Nr 11, poz. 1

2. Czy dreny mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/ papier, co pozwala na ich aseptyczne użytkowanie

*Odpowiedź*

*Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.*

Pytanie 26

Zadanie Nr 11, poz. 2

**Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów schodkowych o średnicy 7,0m.**

*Odpowiedź*

*Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.*

Pytanie 27

Zadanie Nr 18

Prosimy o sprecyzowanie czy na opakowaniu jednostkowym koreczka ma się znajdować nr serii oraz data ważności produktu?

*Odpowiedź*

*Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.*

Pytanie 28

Zadanie Nr 19.

Prosimy o wyjaśnienia czy sonda ma być podwójnie pakowana w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/ papier, co pozwala na jej aseptyczne użytkowanie?

*Odpowiedź*

*Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.*

Pytanie 29

Zadanie Nr 30, poz. 2

Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły bez wewnętrznego mechanizmu wycinającego, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

*Odpowiedź*

*Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.*

Pytanie 30

Zadanie Nr 31.

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły z zakresem regulacji odpowiednio: 8-28mm, 23-43mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

*Odpowiedź*

*Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.*

Z-CIA DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych

*mgr Witold Kmiotek*