

Warszawa, dnia 21.05.2008r.

Dz.Z. /2215/ 15 / 66 /08

**WYKONAWCY****Dot: przetargu nieograniczonego znak IHIT/P/15/08 na dostawę Szpitalnej odzieży i bielizny jednorazowej, prześcieradeł termicznych i szpatulek sterylnych**

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły faxem pisemne zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Do Załącznika nr 1.****Pytanie nr 1**

**Pozycja 3.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania okrągłego pielęgniarskiego czepka o średnicy 30cm wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2 z gumką dookoła głowy w opakowaniach po 100 szt.

**Odp.** Parametry graniczne dla zadania nr 1 określone w załączniku nr 1 poz.3 SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 2**

**Pozycja 4.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepka chirurgicznego w kształcie furażerki wiązanego z tyłu na troki wykonanego z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 w opakowaniach po 100 szt.

**Odp.** Parametry graniczne dla zadania nr 1 określone w załączniku nr 1 poz.4 SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 3**

**Pozycja 5.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepka chirurgicznego z warstwą pochłaniającą pot wokół głowy ściąganego z tyłu gumką wykonanego z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 w opakowaniach po 60 szt.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania czepka chirurgicznego z warstwą pochłaniającą pot wokół głowy ściągany z tyłu gumką wykonanego z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 w opakowaniu po 60 szt.

**Pytanie nr 4**

**Pozycja 6.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepka chirurgicznego w kształcie furażerki ściąganego z tyłu gumką wykonanego z włókniny wiskozowej w kolorze zielonym o gramaturze 25g/m2 w opakowaniach po 100 szt .

**Odp.** Parametry graniczne dla zadania nr 1 określone w załączniku nr 1 poz.6 SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 5**

**Pozycja 7.** – czy Zamawiający mógłby określić rozmiar fartucha jaki należy zaoferować.

**Odp.** Rozmiar L i XL

**Pytanie nr 6**

**Pozycja 1,8,9,10,11,13,14,15,16.** – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia. W przypadku odmownej odpowiedzi na któreś z powyższych pytań również proszę o wyłączenie tych pozycji do odrębnego pakietu.

**Odp.** Załącznik nr 1 SIWZ pozostaje bez zmian..

**Pytanie nr 7**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu – włóknina polipropylenowa dwuwarstwowa- dot Poz. 8 i 9 – Czy włóknina powinna być w wersji nieprzemakalnej tzn. polipropylen powlekany folią

**Odp.** Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wprowadza modyfikację treści dla zadania nr 1 określonej w załączniku nr 1 poz. 8 i 9 SIWZ - usuwa wyraz: dwuwarstwowe

Pozostałe parametry graniczne pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuszcza rolki nieprzemakalne w kolorze niebieskim o wymiarach 33 x 48 cm lub 51 x 50 cm ( z perforacją), które są wyrobami polskich producentów.

**Odp.** Parametry graniczne dla zadania nr 1 określone w załączniku nr 1 poz.13 SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 9**

W jakim celu Zamawiający wymaga dokumentów technicznych producenta materiałów z jakich produkowane są oferowane wyroby, jeśli oferent musi dostarczyć deklarację zgodności oraz inne certyfikaty dotyczące oferowanego wyroby.

**Odp.** Zamawiający wymaga dokumentów technicznych producenta materiałów z jakich produkowane będą oferowane wyroby w celu potwierdzenia wymaganej gramatury.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wprowadza modyfikację treści SIWZ:

- zapis w Rozdziale I pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:

- dokumenty techniczne producenta materiałów z jakich produkowane są oferowane wyroby: dla poz. 1 i 3 – 11.

Z-ca D Y R E K T O R A  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych  
mgr Witold Kniotek