

DZ./2215/55/A18/2010

Warszawa, dnia 22.10.2010

WYKONAWCYDotyczy:

*Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak IHIT/P/55/2010 na dostawę : **Materiałów do sterylizacji i wyposażenia oraz cewników do leczenia przełyku Barretta (zadania 1-7)***

W związku z otrzymanymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje ich treść, oraz udziela nast. odpowiedzi:

Pytanie 1

Zadanie nr 2 pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści lżejszą wielowarstwową włókninę opakowaniową najnowszej generacji (op. 160 sztuk) o parametrach wytrzymałościowych wyższych od parametrów żądanej włókniny?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie nr 3 pozycje nr 1-13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 rolkę rękawa z jednoczesnym podaniem długości 1 rolki ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny jednostkowej za rolkę..

Pytanie 3

Zadanie nr 4 pozycja nr 1: W związku z faktem iż norma PN-EN 867-4:2003 jest wycofana od roku 2007 i została zastąpiona przez nową normę PN-EN ISO 11140-4:2007 opisującą wymagania dla alternatywnych testów Bowie Dick oferowane produkty powinny spełniać wymagania nowej normy PN-EN ISO 11140-4. Czy w związku z koniecznością załączenia dokumentu potwierdzającego zgodność testów z normą Zamawiający dopuści załączenie takiego dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od wytwórcy ?

Odpowiedź:


Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie nr 4 pozycje nr 2 i 6: Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie wykonania testu klasy 6 zgodnie z najnowszą normą PN-EN ISO 11140-1, wydane przez jednostkę niezależną od wytwórcy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.



Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Herpetologii i Konserwacji
d/s technicznych i administracyjnych
mgr Włocław Kmiotek