

Warszawa, dnia 13.05.2011r.

DZ/2215/31/129/2011**WYKONAWCY**

dotyczy: Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: IHiT/P/31/2011 na dostawę: „aparatury laboratoryjnej (zadania 1 – 4): 1.termocyklera gradientowego z jednym blokiem grzejnym – 1 szt.; 2.transiluminatora wraz z kamerą archiwizacyjną – 1 szt. 3. sortera frakcji komórkowych do badania chimeryzmu – 1 szt.; 4.Aparatu do w pełni automatycznego przygotowywania mieszanin reakcyjnych do reakcji real – time pcr – 1 szt.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy otrzymane do przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/31/2011 na dostawę „aparatury laboratoryjnej (zadania 1 – 4): 1.termocyklera gradientowego z jednym blokiem grzejnym – 1 szt.; 2.transiluminatora wraz z kamerą archiwizacyjną – 1 szt.; 3. sortera frakcji komórkowych do badania chimeryzmu – 1 szt.; 4.Aparatu do w pełni automatycznego przygotowywania mieszanin reakcyjnych do reakcji real – time pcr – 1 szt”, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

PYTANIE DOTYCZĄCE SIWZ**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie transiluminatora o wymiarach 322 x 325 x 115 mm oraz ciemni o wymiarach 420 x 385 x 575 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie pod warunkiem, że oba składniki aparatury laboratoryjnej stanowią komplet i mogą działać wspólnie – pozostałe parametry bez zmian.

Z-CA DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kubiś

Oryginal pisma wysłano pocztą

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu /22/ 349 62 23

Otrzymano dniapodpis.....