

Dz. Z /2215/26/113/2011

Warszawa dn.02.05.2011

**WYKONAWCY**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/26/2011 na :Rozbudowę budynku 2a na potrzeby Pracowni Angiografii dostawa z montażem i uruchomieniem angiografu, na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14.**

**W związku z otrzymanymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje ich treść, oraz udziela następującej odpowiedzi.**

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 16 z dnia 29.04.2011 udzielone z pismem nr Dz/2215/26/110/2011

**Pytanie 1**

Czy Zamawiającemu chodzi jedynie o fizyczne „wpięcie” aparatu do podanego elementu aktywnego sieci czy również o dostarczenie odpowiednich licencji i zintegrowanie aparatu z systemem RIS/PACS obecnie użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie protokołu DICOM Worklist, DICOM MPPS oraz archiwizowania obrazów diagnostycznych w cyfrowym archiwum Zamawiającego z wykorzystaniem standardu DICOM3.0?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga:

- obsługi przez urządzenie protokołu DICOM w wersji 3.0
- przekazywania wytworzonych obrazów standardu DICOM na stacje opisowe oparte o oprogramowanie e-Film
- przekazywania wytworzonych obrazów standardu DICOM na serwer gromadzący obrazy wyposażone w oprogramowanie Cedara
- przekazywania wytworzonych obrazów standardu DICOM na serwer gromadzący obrazy wyposażone w oprogramowanie ARPACS
- przekazywania wytworzonych obrazów standardu DICOM do urządzenia drukującego „klisze” firmy FUJI
- przyjmowanie listy badań do wykonania (worklisty) z oprogramowania „Orion”
- przyjmowanie listy badań do wykonania (worklisty) z oprogramowania „ARPACS”
- funkcjonalności potwierdzania w systemie RIS (Orion/ CRID) wykonania zlecenia badania przez aparat (Modality Performed Procedure Step (MPPS)).

Z-CA DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych  
*[Podpis]*  
mgr Witold Kmibtek