

Warszawa, dnia 13.12.2011 r.

**DZ/2215/88/343/2011**

## WYKONAWCY

**dotyczy:** Odpowiedź na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: IHiT/P/88/2011 na dostawę: „*Wózków do transportu pacjenta i anestezyjologicznych, statywów kroplówkowych i do pomp infuzyjnych oraz krzesło do pobierania krwi (zadania 1 – 4)*”.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/88/2011 na dostawę „*Wózków do transportu pacjenta i anestezyjologicznych, statywów kroplówkowych i do pomp infuzyjnych oraz krzesło do pobierania krwi (zadania 1 – 4)*”, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

### SIWZ – Projekt Umowy

#### **Pytanie nr 1**

*Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1%? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

### ZADANIE NR 1

#### **Pytanie nr 2**

*Czy Zamawiający dopuści wózek z ramą leżą z profili o przekroju kwadratowym, wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo? Rama wózka w całości jest zasłonięta tapicerowanym, 2-segmentowym leżem z płyt tworzywowych z zaokrąglonymi rogami, w związku z tym profile są całkowicie zasłonięte.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

#### **Pytanie nr 3**

*Czy Zamawiający dopuści wózek bez dodatkowego piątego koła?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

#### **Pytanie nr 4**

*Czy Zamawiający dopuści wózek o dopuszczalnym obciążeniu 170 kg?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 5**

*Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 550 – 950 mm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 6**

*Czy Zamawiający dopuści wózek z poręczami bocznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej, opuszczane i rozkładane z blokadą samoblokującą, montowanymi na stałe?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 7**

*Czy Zamawiający dopuści wózek z 1 szt. uchwyty na butlę z tlenem?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 8**

*Czy Zamawiający dopuści wózek z 1 szt. stojaka na kroplówkę, teleskopowego z 4 haczykami?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 9**

*Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z ramą leża z profili o przekroju prostokąta?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 10**

*Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta wykonany ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 11**

*Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z leżem wypełnionym płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 12**

*Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta bez piątego koła?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 13**

*Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta wyposażony w materac, bez właściwości antystatycznych?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 14**

*Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o wymiarach zewnętrznych 2050 mm x 730 mm i adekwatnym do tego leżem?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 15**

*Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 16**

*Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-60°?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 17**

*Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta wyposażony w barierki boczne bez możliwości zdejmowania, bez użycia narzędzi?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 18**

*Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta bez uchwytu na butlę z tlenem?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 19**

*Czy Zamawiający dopuści wózek którego konstrukcja wykonana jest z hartowanej , galwanizowanej stali gwarantująca długotrwałość i bezawaryjność?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 20**

*Czy Zamawiający dopuści wózek który zamiast krawężków odbojowych posiada listwy odbojowe znajdujące się w narożnikach leża , w pełni zabezpieczające przed uderzeniami?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 21**

*Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o długości 2040 mm ?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 22**

*Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 620 – 940 mm ?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 23**

*Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 90 ° ?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 24**

*Czy Zamawiający dopuści wózek , którego regulacja pozycji Trendelenburga i Anty-Trendelenburga odbywa się za pomocą dźwigni nożnej hydraulicznej ?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 25**

*Czy Zamawiający dopuści wózek z lakierowanymi barierkami , zamontowanymi na stałe bez możliwości demontażu ?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 26**

*Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki posiadające wyprofilowany uchwyt w celu ułatwienia prowadzenia wózka w przypadku gdy personel prowadzi wózek trzymając za barierkę?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 27**

*Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją barierek (podnoszenie/opuszczanie) wspomagane sprężyną gazową co eliminuje ryzyko nagłego opadnięcia barierki w przypadku zwolnienia blokady?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 28**

*Czy Zamawiający dopuści wieszak na kroplówki bez regulacji wysokości ?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 29**

*Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka Zamawiający wymaga rozwiązania kolumnowego , będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstania infekcji?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 30**

*Czy Zamawiający oczekuje aby wózek posiadał specjalne miejsce pod leżem w celu umiejscowienia butli z tlenem ( np. w wyprofilowanej podstawie)? Zawieszanie butli z tlenem przy użyciu specjalnego uchwyty na szczytach wózków często powoduje ich nieumyślne uszkodzenie np. w przypadku otwierania/zamykania drzwi a tym samym powoduje istotny wzrost wydatków szpitala w skali roku. W sytuacji gdy pod leżem wózka znajduje się specjalne miejsce na umiejscowienie butli z tlenem ryzyko uszkodzenia nie występuje (butla chroniona jest z każdej strony).*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 31**

*Czy Zamawiający wymaga materaca min. 10 cm pozwalającego na pobyt pacjenta na wózku do 24 h bez ryzyka powstawania odleżyn ?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 32**

*Czy Zamawiający kierując się wygodą pracy personelu medycznego oczekuje aby wózek posiadał hydrauliczną regulację wysokości oraz funkcji Trendelenurga i anty Trendelenburga? Hydrauliczna regulacja w zdecydowany sposób ułatwia podnoszenie i opuszczanie leża wózka Dokonywana jest dźwignia nożną bez konieczności użycia rąk (swobodne ręce), pozwala na stały kontakt wzrokowy z pacjentem i nie wymaga użycia znacznej siły przez personel medyczny (bardzo często drobne pielęgniarki)*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 33**

*Czy Zamawiający dopuści ramę leża o przekroju prostopadłościennym, lekko zaokrągloną?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 34**

*Czy Zamawiający dopuści dodatkowe piątek koło uruchamiane osobną dźwignią, służące do łatwego manewrowania wózkiem, zamiast koła kierunkowego?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 35**

*Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach 2150x840 mm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 36**

*Czy Zamawiający dopuści regulację leża w zakresie 600-900 mm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 37**

*Czy Zamawiający dopuści hydrauliczną regulację pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 38**

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z poręczami bocznymi opuszczanymi, lecz nie montowanymi za pomocą szybkozłączy?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 39**

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek do transportu pacjentów, którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych malowanych poliestrowo o przekroju prostokątnym? Wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze i gwarantuje najwyższą jakość konstrukcji oraz maksymalną odporność na wszelkie możliwe uszkodzenia tak mechaniczne jak i chemiczne.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 40**

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek do transportu pacjentów o długości całkowitej 2120mm i długości leża 2000mm? Parametry te są korzystniejsze od wymaganych i gwarantują komfort przewożenia pacjentów o wyższym wzroście.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 41**

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 170kg? Wskazany parametr mimo, iż różni się od wymaganego jest wystarczający dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 42**

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek do transportu pacjentów z hydrauliczną regulacją jego wysokości od 68cm? Parametr ten jest absolutnie wystarczający dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i gwarantuje bezpieczne opuszczanie jego leża przez pacjentów o niskim wzroście.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 43**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją segmentu oparcia pleców do 65 °? Parametr ten jest wystarczający dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 44**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjentów wyposażony barierki boczne składane wzdłuż leża i wykonane ze stali nierdzewnej z uchwyty z termoplastycznego tworzywa? Rozwiązanie to jest korzystniejsze od wymaganego i podnosi wartość użytkową wózka.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 45**

*Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych Trendelenburga do 12 ° i anti-Trendelenburga do 8 °? Oferowane to zapewnia pełną funkcjonalność wózka i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga** w/w rozwiązania.

#### **Pytanie nr 46**

*Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek do transportu o konstrukcji wznoszącej w systemie nożycowym widocznym na zdjęciu? Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie ułatwiające dezynfekcję i praktyczne korzystanie z wózka.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga** w/w rozwiązania.

## **ZADANIE NR 2**

#### **Pytanie nr 47**

*Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pkt. 5.2. SIWZ dla Zadania 2 o konieczności posiadania przez oferowany przedmiot zamówienia znaku CE? Zgodnie z pkt. 13 i 14 (dla poz. I) oraz pkt. 12 i 13 (dla poz. II) „Opisu parametrów granicznych” Zamawiający wymaga „Certyfikat ISO producenta dotyczący produkcji systemów medycznych” oraz „Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych”, które to dokumenty jednoznacznie potwierdzą, że oferowane wózki anestezyjologiczne są dopuszczone do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych i stomatologicznych oraz laboratoriów oraz, że ich producent posiada wdrożony system zarządzania jakością m.in. w obszarze systemów medycznych.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zmienia zapis w podpunkcie 5.2. na następujący: „Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać **znak CE** (załączyć kopię) – **jeżeli dotyczy**”

#### **Pytanie nr 48**

*Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: szer. 720 mm, gł. 570 mm, wys. 970 mm, które jedynie nieznacznie odbiegają od wymaganych?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

#### **Pytanie nr 49**

*Czy Zamawiający dopuści aby wózek wyposażony w 3 szuflady wys. 70 mm i 3 szuflady wys. 145 mm?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

#### **Pytanie nr 50**

*Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych wózki anestezyjologiczne są wyrobami medycznymi. Czy na potwierdzenie tego faktu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Deklaracji Zgodności CE?*

### **Odpowiedź**

Dla wyrobów *medycznych* do oferty należy dołączyć:

- 1) **kopię deklaracji zgodności** wystawionej przez wytwórcę wyrobu
- 2) **kopię certyfikatu/ certyfikatów** jednostek notyfikowanych, które brały udział w procedurze oceny zgodności wyrobu – **jeżeli dotyczy**
- 3) **oświadczenie o podleganiu/niepodleganiu** obowiązkowi dokonania **zgłoszenia/powiadomienia** danych o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 107, poz. 679)
- 4) w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia na podstawie art. 58 ust. 1 lub art. 58 ust. 2 ustawy, **kopię zgłoszenia**
- 5) w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi dokonania powiadomienia na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy, oświadczenie, że powiadomienia takiego już dokonano lub, że powiadomienia takiego dokona się zgodnie z przepisami ustawy, tj. w ciągu 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- 6) w przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia należy podać podstawy braku tego obowiązku.
- 7) W przypadku wyrobów, o których mowa w art. 133 ustawy z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 107, poz. 679) oświadczenie, że złożono wniosek lub, że wystąpi się z wnioskiem do Prezesa Urzędu o przeniesienie danych do bazy danych o wyrobach. Oświadczenie powinno uwzględniać sytuacje opisane w art. 133 ust. 8.
- 8) W przypadku wyrobów, o których mowa w art. 134 ustawy z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 107, poz. 679) oświadczenie że złożono powiadomienie lub, że zostanie złożone powiadomienie o wyrobach niepodlegających obowiązkowi wpisu, o którym mowa w art. 133 ust. 1 powołanej ustawy.

### **Pytanie nr 51**

*Szkielet wózka, blat górny i czola szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa BAYDUR*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 52**

*Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 53**

*Wymiary zewnętrzne wózka:*

- Wysokość: 90 cm, +/-5 cm
- Głębokość: 72 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 83cm, +/-5cm

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 54**

*Wózek wyposażony w cztery szuflady 150 mm*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 55**

*Czola szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 56**

*Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 57**

*Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 58**

*Wyposażenie podstawowe wózka :*

- *blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,*
- *uchwyt do przetaczania,*
- *pojemnik do zużytych igieł,*
- *otwieracz ampulek,*
- *pojemnik na cewniki,*
- *pojemnik na butelki,*
- *kosz na odpadki ,*
- *co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”,*
- *wysuwaną spod blatu półkę do pisania,*
- *półkę na żel,*
- *uchwyt na butlę z tlenem,*
- *zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację*

*Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 59**

*Wyposażenie dodatkowe:*

- *nadstawka z min. 11 pojemnikami kieszeniami wykonanymi z przezroczystego tworzywa*
- *wieszak do kroplówki*
- *pojedynczy uchwyt rękawic*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

### **Pytanie nr 60**

*Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości*

### **Odpowiedź**

Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór koloru/ów zapewniający harmonię szafki z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy.

### **Pytanie nr 61**

*Deklaracja zgodności*

### **Odpowiedź**

- 1 W celu potwierdzenia bezpieczeństwa jakości oferowanych wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty wymagane przepisami prawa wystawione przez uprawnione jednostki.
- 2 Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać znak CE (załączyć kopię) – jeżeli dotyczy
- 3 Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem (katalogiem) producenta.



- 4 Katalogi oferowanych produktów, specyfikacje, metodyki, karty charakterystyki, świadectwa, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ – zgodnie z tym Załącznikiem.
- 5 Dla wyrobów *medycznych* do oferty należy dołączyć – (jeżeli dotyczy):
- 5.1 kopię deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę wyrobu
  - 5.2 kopię certyfikatu/ certyfikatów jednostek notyfikowanych, które brały udział w procedurze oceny zgodności wyrobu – jeżeli dotyczy
  - 5.3 oświadczenie o podleganiu/ niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia / powiadomienia danych o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 107, poz. 679)
  - 5.4 w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia na podstawie art. 58 ust. 1 lub art. 58 ust. 2 ustawy, kopię zgłoszenia
  - 5.5 w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi dokonania powiadomienia na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy, oświadczenie, że powiadomienia takiego już dokonano lub, że powiadomienia takiego dokona się zgodnie z przepisami ustawy, tj. w ciągu 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  - 5.6 w przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/ powiadomienia należy podać podstawy braku tego obowiązku.
  - 5.7 W przypadku wyrobów, o których mowa w art. 133 ustawy z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 107, poz. 679) oświadczenie, że złożono wniosek lub, że wystąpi się z wnioskiem do Prezesa Urzędu o przeniesienie danych do bazy danych o wyrobach. Oświadczenie powinno uwzględniać sytuacje opisane w art. 133 ust. 8.
  - 5.8 W przypadku wyrobów, o których mowa w art. 134 ustawy z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 107, poz. 679) oświadczenie że złożono powiadomienie lub, że zostanie złożone powiadomienie o wyrobach niepodlegających obowiązkowi wpisu, o którym mowa w art. 133 ust. 1 powołanej ustawy.

#### **Pytanie nr 62**

*Czy zamawiający dopuści do wózka anestezjologicznego blat z tworzywa ABS o wymiarach 630 x 570 mm z 3 – stronną galeryjką?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie o ile parametry galeryjki określone w SIWZ – załącznik nr 1 zostaną zachowane.

#### **Pytanie nr 63**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, fronty szuflad z wysokiej jakości polietylenu dostępnego w sześciu kolorach, natomiast blat roboczy w zależności od preferencji Zamawiającego ze stali nierdzewnej lub tworzywa? Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego, zapewnia najwyższą jakość, stabilność konstrukcji oraz długi okres użytkowania wózka.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 64**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach zewnętrznych bez wyposażenia: wysokość 980mm, szerokość 640mm i głębokość 480mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalne i zapewnia doskonale warunki pracy personelu medycznego oraz doskonale sprawdza się w praktyce użytkowej, ponadto dzięki wyposażeniu wózka w dodatkowa nadstawkę i półki boczne wymiary te znacznie się zwiększają.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

#### **Pytanie nr 65**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki wyposażone w 5 szuflad o wymiarach – 3×100mm, 1×200mm i 1×50mm, nadstawkę w konfiguracji 5+5 montowaną nad blatem roboczym, uchwyt na pojemnik ze zużytymi igłami, wieszak kroplówek, tworzywowe podziałki szuflad do jednej z nich, tworzywowy pojemnik na potrójne opakowanie rękawic, tworzywowy pojemnik na cewniki? Przyjęta*

*konfiguracja nieznacznie różni się od oczekiwanej, w zakresie funkcjonalnym jest jednak najbardziej korzystna dla użytkowników i doskonale sprawdza się w praktyce użytkowej.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 66**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym fronty szuflad wykonane są z wysokiej jakości polietylenu, dostępnego w 6 kolorach do wyboru, wysuwane w 110% i wypełnione wyjmowanymi koszami z wysokiej jakości tworzywa ABS o wymiarach użytkowych 600x400mm odpowiadającym standardom ISO? Wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego gdyż przede wszystkim gwarantuje pełną dostępność do wnętrza wózka, pozwala na całkowite wyjęcie kosza oraz jego natychmiastową dezynfekcję, co w warunkach szpitalnych wymagających sterylności jest niezwykle istotne.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 67**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w uchwyty do otwierania szuflad w kształcie litery C bez wgłębienia ułatwiającego chwytanie? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego jest jednak w pełni funkcjonalny i umożliwi łatwe otwieranie poszczególnych szuflad.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 68**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego blat wykonany jest z tworzywa ABS wychodzący poza obrys korpusu wózka o wymiarach szerokość 640mm i głębokość 480mm? Parametry te nieznacznie różnią się od wymaganych i są dostosowane do potrzeb medycznych.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 69**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z blatem z trójstronną galeryjką o wysokości 30mm i grubości 15mm? Parametry te są optymalnie dostosowane do pozostałych wymiarów wózka.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 70**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego szuflady wyposażone są w poliwęglanowe podziałki umożliwiające segregację ich zawartości? Wskazane rozwiązanie jest w zakresie funkcjonalnym tożsame z oczekiwanym.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 71**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z uchwytem do przetaczania zamontowanym po lewej stronie wózka? Przyjęte rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność wózka.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 72**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie jest wyposażony w dodatkowe gniazda montażowe? Oferowany wózek konfigurowany jest zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego stąd brak konieczności wyposażania go w dodatkowe otwory montażowe.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 73**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery podwójne koła wykonane z poliuretanowego tworzywa, wypełnione miękkim, cichym bieżnikiem nie brudzącym podłoża o średnicy*

125mm? Zastosowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od oczekiwanego, zapewnia jednak doskonałą mobilność wózka, jego łatwe przemieszczanie oraz maksymalny okres użytkowania, ze względu na wysoką jakość użytego tworzywa.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 74**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 4 krążki okrągłe krążki odbojowe wykonane z tworzywa, zamontowane bezpośrednio nad kółkami bez możliwości ich demontażu?

Wskazane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane i nie obniża wartości użytkowej wózka.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 75**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek dopuszczony do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej na podstawie deklaracji zgodności, odpowiadającej zasadniczym wymogom dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych? W związku z powyższym nie ma żadnej potrzeby aby oferowany wózek posiadał również atest higieniczny wydawany przez organ krajowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 76**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, fronty szuflad z wysokiej jakości polietylenu dostępnego w sześciu kolorach, natomiast blat roboczy w zależności od preferencji Zamawiającego ze stali nierdzewnej lub tworzywa? Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego, zapewnia najwyższą jakość, stabilność konstrukcji oraz długi okres użytkowania wózka.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 77**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach zewnętrznych bez wyposażenia: wysokość 980mm, szerokość 640mm i głębokość 480mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalne i zapewnia doskonale warunki pracy personelu medycznego oraz doskonale sprawdza się w praktyce użytkowej, ponadto dzięki wyposażeniu wóзка w dodatkowa nadstawkę i półki boczne wymiary te znacznie się zwiększają.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 78**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki wyposażone w 5 szuflad o wymiarach – 3×100mm, 1×200mm i 1×50mm, nadstawkę w konfiguracji 5+5 montowaną nad blatem roboczym, uchwyt na pojemnik ze zużytymi igłami, wieszak kroplówek, tworzywowe podziałki szuflad do jednej z nich, tworzywowy pojemnik na potrójne opakowanie rękawic, tworzywowy pojemnik na cewniki, szyna do zawieszenia sprzętu o długości 40cm? Przyjęta konfiguracja nieznacznie różni się od oczekiwanej, w zakresie funkcjonalnym jest jednak najbardziej korzystna dla użytkowników i doskonale sprawdza się w praktyce użytkowej.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 79**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym fronty szuflad wykonane są z wysokiej jakości polietylenu, dostępnego w 6 kolorach do wyboru, wysuwane w 110% i wypełnione wyjmowanymi koszami z wysokiej jakości tworzywa ABS o wymiarach użytkowych 600x400mm odpowiadającym standardom ISO? Wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego gdyż przede wszystkim gwarantuje pełną dostępność do wnętrza wózka, pozwala na całkowite wyjęcie kosza oraz jego natychmiastową dezynfekcję, co w warunkach szpitalnych wymagających sterylności jest niezwykle istotne.

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 80**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w uchwyty do otwierania szuflad w kształcie litery C bez wgłębienia ułatwiającego chwytanie? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego jest jednak w pełni funkcjonalny i umożliwia łatwe otwieranie poszczególnych szuflad.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 81**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego blat wykonany jest z tworzywa ABS wychodzący poza obrys korpusu wózka o wymiarach szerokość 640mm i głębokość 480mm? Parametry te nieznacznie różnią się od wymaganych i są dostosowane do potrzeb medycznych.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 82**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z blatem z trójstronną galeryjką o wysokości 30mm i grubości 6mm? Parametry te są optymalnie dostosowane do pozostałych wymiarów wózka.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 83**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego szuflady wyposażone są w poliwęglanowe podziałki umożliwiające segregację ich zawartości? Wskazane rozwiązanie jest w zakresie funkcjonalnym tożsame z oczekiwanym.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 84**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z uchwytem do przetaczania zamontowanym po lewej stronie wózka? Przyjęte rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność wózka.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 85**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie jest wyposażony w dodatkowe gniazda montażowe? Oferowany wózek konfigurowany jest zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego stąd brak konieczności wyposażania go w dodatkowe otwory montażowe.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 86**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery podwójne koła wykonane z poliuretanowego tworzywa, wypełnione miękkim, cichym bieżnikiem nie brudzącym podłoża o średnicy 125mm? Zastosowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od oczekiwanego, zapewnia jednak doskonałą mobilność wózka, jego łatwe przemieszczanie oraz maksymalny okres użytkowania, ze względu na wysoką jakość użytego tworzywa.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

### **Pytanie nr 87**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 4 krążki okrągłe krążki odbojowe wykonane z tworzywa, zamontowane bezpośrednio nad kółkami bez możliwości ich demontażu? Wskazane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane i nie obniża wartości użytkowej wózka.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 88**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek dopuszczony do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej na podstawie deklaracji zgodności, odpowiadającej zasadniczym wymogom dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych? W związku z powyższym nie ma żadnej potrzeby aby oferowany wózek posiadał również atest higieniczny wydawany przez organ krajowy.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**ZADANIE NR 3****Pytanie nr 89**

*Czy Zamawiający dopuści oferty na statywy do kroplówek z częścią dolną masztu wykonaną z rur stalowych chromowanych (analogicznie jak w statywach do pomp infuzyjnych – pk II 2 podpunkt 2) dotyczy zadania nr 3 pkt 1 podpunkt 2. Powyższa zmiana w żaden sposób nie pogarsza funkcjonalności oferowanych stojaków.*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 90**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania statywy kroplówkowej o parametrach opisanych poniżej, nieznacznie odbiegających od opisanych w SIWZ:*

*- wysokość regulowana w zakresie od 110 do 200 cm*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 91**

*Czy Zamawiający dopuści statyw kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 1400-2270 mm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

**Pytanie nr 92**

*Czy Zamawiający wydzieli statywy do kroplówek do odrębnego pakietu?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**ZADANIE NR 4****Pytanie nr 93**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło do pobierania krwi o następującej konstrukcji:*

- Całkowita szerokość, cm 80*
- Całkowita długość, cm 80,5*
- Szerokość podstawy, cm 70*
- Długość podstawy, cm 70,5*
- Całkowita wysokość, cm 82,5*
- Masa stanowiska, kg 16*
- Dopuszczalne obciążenia, kg 120*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w/w rozwiązania.

**Pytanie nr 94**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło do pobierania krwi o następującej konstrukcji, przewyższającej wymagania SIWZ: Osłony oparcia pleców, siedziska i podstawy wykonane z tworzywa termoplastycznego. Tapicerka bezszwowa oferowana w atrakcyjnych kolorach. Regulacja wysokości realizowana przy pomocy pompy hydraulicznej sterowanej dźwignią nożną. Regulacja oparcia pleców przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą. Obrót siedzenia fotela o 90° w lewo i prawo blokowany za pomocą mechanizmu śrubowego. Ręczna regulacja wysokości i kąta nachylenia podłóżka. Odchylane podręczki.*


*Na wyposażeniu również podpórki rąk do pobierania krwi lub podawania cytostatyków.*

**DANE TECHNICZNE:**

- Długość x szerokość siedzenia: 500 x 540 mm
- Regulacja wysokości siedzenia 540 do 740 mm
- Kąt odchylenia oparcia pleców od pionu : 60°
- Regulacja wysokości podglówka: 110 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

Z-CA DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych  
  
mgr Witold Kmiotek

**Oryginał pisma wysłano pocztą**

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu /22/ 349 62 23

Otrzymano dnia .....podpis.....

