

DZ./2215/ 69 /259/2011

Warszawa, dnia 19.09.2011

WYKONAWCYDotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak **IHiT/P/69/2011** na dostawę : **NALEPEK PROMIENIOCZULYCH**

W związku z otrzymanymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje ich treść, oraz udziela nast. odpowiedzi:

Pytanie 1.Dot. Załącznika Nr 1 :

Ad.1. Czy etykiety promienioczułe mają zapewnić wzrokowa identyfikację (w formie słownej, w języku polskim) pojemnika ze składnikami krwi po napromieniowaniu dawką minimalną tj. co najmniej 25Gy poprzez nieodwracalną zmianę napisu „NIE NAPROMIENIOWANO” na „NAPROMIENIOWANO”?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p. zmienia w Załączniku Nr 1 opis przedmiotu zamówienia w kolumnie nr 2 w następujący sposób:

Nalepki promienioczułe na składniki krwi, zawierające czujnik, który pod wpływem promieniowania dawką centralną 25 Gy, zmienia barwę nalepki, oraz w formie napisu w języku polskim nieodwracalnie zmienia napis "NIE NAPROMIENIOWANO" na "NAPROMIENIOWANO"

Pytanie 2.

Czy na poparcie spełnienia przez oferowany asortyment wymagań postawionych w SIWZ należy wraz z ofertą przedłożyć próbki asortymentu? Jeżeli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia 10 szt. próbek nalepek. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p. Zamawiający w Dziale V SIWZ ust. 1 dodaje pkt. 1.2. o następującej treści:

1.2. Wraz z ofertą, należy dostarczyć 10 (dziesięć) sztuk próbek wzorcowych oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnych z załączonymi do oferty dokumentami określonymi w Rozdziale V pkt 3.

Na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 201 r Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że uległ przedłużeniu (zmianie) następujący termin:

termin składania ofert upływa dnia 26.09.2011 o godz. 10:00

termin otwarcia ofert nastąpi 26.09.2011 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 19.09.2011r.

Za D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych

mgr Witold Kmiotek