



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

Warszawa, 24.10.2018 r.

Nr. DZ.26.59.1029.2018.AJ

strona internetowa Zamawiającego

dotyczy odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do przetargu nieograniczonego, znak sprawy IHIT/P/59/2018 na – Zakup wyposażenia planowanego do zakupu w ramach projektu pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa LX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0057/16-00/109/2017/1462.

WYJAŚNIENIE 1 TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło pytanie od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytania i udziela wyjaśnień jak poniżej.

Pytanie 1 (pisownia oryginalna)

Zamawiający w Specyfikacji asortymentowo-cenowej zał. nr 1A część 3 określił przedmiot zamówienia jako tace magnetyczne, a w tabeli Parametry graniczne/odcinające w punktach 1-4, jako statyw.

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający odstąpi od spełnienia wymagań zawartych w punktach tabeli Parametry graniczne: 5, 6 i 11-21?

Uzasadnienie:

przedmiotem zamówienia jest plastikowy statyw z wtopionymi magnesami, który nie jest aparatem ani urządzeniem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych i nie może spełniać wymagań opisanych w tabeli Parametry graniczne.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje parametry graniczne dla części 3 postępowania wymienione w załączniku nr 1A do SIWZ. Wymagana taca magnetyczna (tj. statyw z magnesami na probówki) jest urządzeniem wykorzystywanym w codziennej pracy laboratorium do oczyszczania bibliotek i produktów PCR. Zamawiający wymaga aby taca magnetyczna miała formę statywu. Zamawiający informuję, iż w tabeli parametry graniczne/odcinające poz. 20 wychodząc naprzeciw Wykonawcy wymienił, iż - *Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) posiadają: deklarację/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych Dyrektywy Urządzenia Medyczne 93/42/ECC i/lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub odpowiedni certyfikat CE i/lub certyfikaty CE i/lub deklarację zgodności i/lub inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE. Zastosowane w w/w zdaniu spójniki i/lub dają wybór dla Wykonawcy jaką deklarację ma zaferowany produkt.*

Komisja przetargowa:

Przewodniczący: Iwona Łopacińska

Członek komisji: Iwona Solarska

Sekretarz: Agata Jakubiec

Wyk. Agata Jakubiec

Egz. Nr 1 – strona internetowa

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Iwona Łopacińska



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

