

## ZATWIERDZAM

Warszawa, 06.11.2018 r.

**Kierownik Działu Zamówień  
Publicznych i Zaopatrzenia**

  
**mgr Iwona Łopacińska**

DZ.26.91.....<sup>10.72</sup>2018.AJ

*strona internetowa Zamawiającego*

*dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego znak sprawy IHIT/P/91/2018 na dostawę aparatów medycznych: aparatu do EKG, pomp infuzyjnych strzykawkowych, kardiomonitora transportowego (kompaktowego), urządzenia do pomiaru stężenia i czystości DNA (spektrofotometru).*

### WYJAŚNIENIE 2 TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej.

#### **Pytanie 1. (pisownia oryginalna)**

Część 3 – Kardiomonitor transportowy kompaktowy

Pkt 24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora kompatybilnego z posiadanymi kardiomonitorami MP30 i MX400 w zakresie akcesoriów pomiarowych (przewody, czujniki, sondy, mankiety, elektrody) z możliwością zamiennego ich używania, jednak bez możliwości wpięcia kardiomonitora we wspólną sieć centralnego monitorowania z posiadanymi?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompatybilnego kardiomonitora z posiadanymi kardiomonitorami MP30 i MX 400.

#### **Pytanie 1. (pisownia oryginalna)**

Pkt 49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora wyprodukowanego w 2017 r., identycznego jak wersje z 2018 r., nowego, nie powystawowego, z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania jaka jest dostępna dla tego modelu?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora wyprodukowanego w 2017 r.

Wyk. AJ 22 3496225

**K I E R O W N I K**  
Sekcji Zamówień Publicznych

  
mgr inż. Agata Jakubiec