

ZATWIERDZAM

Warszawa, 01.03.2019 r.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
mgr inż. Agata Jakubiec

DZ.26.07.174.2019.WCH

strona internetowa Zamawiającego

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy IHIT/P/7/2019 na dostawę materiałów medycznych.

WYJAŚNIENIE 2 TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający na podstawie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na pytanie.

Pytanie do Część nr 3 - Materiały zużywalne do automatu FILM Coverslipper według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne

Pytanie 1

Wnosimy o wyjaśnienie zapisu „10x5x70m. Do jakich wartości taśmy te liczby się odnoszą?
Czy zamawiający miał na myśli standardową taśmę do zaklejania preparatów o szerokości 24 mm i długości 70 m?

Odpowiedź

Taśmy do zaklejania preparatów:
wymiary: długość 70 m, szerokość 10 mm, grubości do 5 mm