

**dr n. med. Kazimierz Hałaburda**

DZ.26.68.854.2019.PH

*strona internetowa Zamawiającego*

*dotyczy: znak sprawy IHIT/P/68/2018 - odpowiedzi na pytania wykonawców.*

### **ZMIANA 1 I WYJAŚNIENIE 1 TREŚCI SIWZ**

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych w podziale na 6 części wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1873), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp odpowiednio modyfikuje treść siwz. Odpowiedzi Zamawiającego stanowią zmianę do siwz.

#### **Pytanie 1 i 2**

##### Zadanie 4

Czy zamawiający dopuści stazę w jednym kolorze (niebieski)?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stazy bezlateksowej w jednym kolorze tj. niebieskim.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 3 i 4**

##### Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków Combi za opakowanie a`100 szt. z przeliczeniem ilości na 100 opakowań?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych w opakowania a`100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości tj. 100 opakowań a`100szt.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia koreczki mają być pakowane pojedynczo.

**Pytanie 5**Zadanie 6

Prosimy o sprecyzowanie, czy koreczki mają być pakowane pojedynczo (po 1szt) w sposób pozwalający na wyciągnięcie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50 , 100 lub 200szt?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia koreczki mają być pakowane pojedynczo.

**Pytanie 6**Zadanie 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy koreczki luer lock mają być pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia koreczki mają być pakowane pojedynczo.