

Warszawa, 2007-03-15

DZ/2215/30/07

ROZSTRZYGNIĘCIE

Z DNIA 15 MARCA 2007 R.

PROTESTU FIRMY FARMATOR S.C.

który wpłynął do Zamawiającego w dniu 08.03.2007r.

**dot.: przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/13/ 07 na dostawę:
Odczynników i materiałów zużywalnych do serologii grup krwi**

Firma złożyła protest wobec opisu przedmiotu zamówienia

Wnoszący protest w zakresie prawnym zarzuca Zamawiającemu:

Wnoszący protest wskazuje:

- 1) naruszenie art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców
- 2) naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję
- 3) naruszenie norm prawnych obowiązujących państwa członkowskie UE zawartych w Dyrektywie Klasycznej 2004/18/WE

Żądanie protestującego:

Wnoszący protest żąda:

- 1) zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez wydzielenie z zadania nr 1 poz. 31 oraz z zadania nr 4 poz. 11-14 (odczynniki – pochodne krwi)
- 2) zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez wydzielenie z zadania nr 4 poz. 10 LISS (występującego również w zadaniu nr 2)
- 3) do zadania nr 2 przyłączenie w/w pozycji jako towaru tego samego rodzaju i stosowania
- 4) określenia wymaganej ilości w mililitrach dla krwinek
- 5) przesunięcia terminu składania ofert o 14 dni tj. 02.04.2007

Zamawiający postanawia:

CZEŚCIOWO UWZGLĘDNIĆ PROTEST

Uzasadnienie:

Zamawiający częściowo uwzględni protest oraz wprowadza modyfikację treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wydzielił z zadania nr 1 poz. 31 oraz poz. 33 do oddzielnych zadań. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu 4 poz. 11-14 umieścił krwinki czerwone, które będą wykorzystane do automatycznej metody do aparatu SWING. Badanie oparte jest na rejestrówniu poprzez barcodes wszystkich zgodnych z nim odczynników jak krwinki – odczynniki, odczynniki do wykonywania zawiesin krwinek badanych, itp. Pojemność opakowań krwinek jest dostosowana do pracy aparatu SWING. Pozycja 10, nazwana odczynnikiem LISS, nie jest odczynnikiem tego samego rodzaju i zastosowania jak płyn LISS w zadaniu 2. Zamawiający nie może jej więc wydzielić i dołączyć do zadania 2. Odczynnik oprócz tego, że jest roztworem wprowadzającym niską siłę jonową (Low Ionic Strength Solution) w mieszaninie reakcyjnej, zawiera znane tylko producentowi składniki, które gwarantują swoistość i czułość testów mikrokolumnowych w mikrometodzie żelowej. Zamawiający zmodyfikował opis odczynnika w zadaniu 4 pozycji 10.

Pojemność opakowań odczynników diagnostycznych do badania antygenów może wahać się od 1 ml do 10 ml.

W oparciu o art. 180 ust. 5 oraz art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.03.2007 r do godz. 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2007 r o godz. 10.30.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych

mgr Witold Kmiotek

JOL