

Warszawa, 2007-03-15

DZ/2215/29/07

ROZSTRZYGNIĘCIE

Z DNIA 15 MARCA 2007 R.

PROTESTU FIRMY HYDREX SP. Z O.O.

który wpłynął do Zamawiającego w dniu 08.03.2007r.

dot.: przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/13/ 07 na dostawę:
Odczynników i materiałów zużywalnych do serologii grup krwi

Firma złożyła protest wobec opisu przedmiotu zamówienia

Wnoszący protest w zakresie prawnym zarzuca Zamawiającemu:

Wnoszący protest wskazuje naruszenie art. 29 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych

Żądanie protestującego:

Wnoszący protest żąda:

- Wykreślenia z opisu odczynników monoklonalnych i poliklonalnych nazwy klonów
- Wykreślenia z opisu przedmiotu zamówienia poj. opak. (kolumna 5)

Zamawiający postanawia:**CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIĆ PROTEST****Uzasadnienie:**

Zamawiający częściowo uwzględnił protest oraz wprowadza modyfikację treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zgodnie z żądaniem Protestującego Zamawiający usunął z opisu odczynników nazwy klonów. Jednocześnie Zamawiający rozszerzył opis przedmiotu zamówienia o cechy jakie powinny spełniać zamawiane odczynniki.

Zamawiający pozostawił w opisie nazwy niektórych klonów. Jak wynika z naszych wieloletnich doświadczeń odczynnik anty D klon RUM 1 jest najbardziej odpowiednim odczynnikiem do określania Rh u chorych i u kobiet ciężarnych (nie wykrywa antygenu DVI, a mocno reaguje z krwinkami z prawidłowo wyrażonym antygenem D). Wskazanie klonu dotyczy również anty-A klonu BIRMA i anty-B klonu LB2.

Wymienione odczynniki są wykorzystywane w długoterminowych badaniach diagnostycznych i naukowych, które wymagają porównywania wyników aktualnych z poprzednimi.

Pozostałe odczynniki muszą być zróżnicowane odnośnie klonów i producentów. Jako pracownia referencyjna, rozstrzygająca problemy wynikające z różnych odmian antygenów czy zróżnicowanej ekspresji antygenów Zamawiający musi posiadać różnorodne odczynniki.

Pojemność opakowań odczynników diagnostycznych do badania antygenów może wahać się od 1 ml do 10 ml.

W oparciu o art. 180 ust. 5 oraz art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.03.2007 r do godz. 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2007 r o godz. 10.30.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu

Z poważaniem

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s technicznych i administracyjnych
mgr Witold Kmiotek

JOS