

Warszawa, dn. 23.04.2007 r.

**DZ/2215/22/07****WYKONAWCY****dot. Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym nr IHiT/P/22/07 na dostawę igieł specjalistycznych.**

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w dniu 20.04.2007 r. faxem do przetargu nieograniczonego nr IHiT/P/22/07 na dostawę igieł specjalistycznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 1 poz. 2**

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do składania ofert w zadaniu nr 1 na igły do punkcji mostka (2.1) 16G o zakresie regulacji 10-50 (a nie jak w SIWZ 10-45) oraz (2.3) 15G o zakresie regulacji 10-50 (a nie jak w SIWZ 10-45). Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby złożenie Państwu oferty, o wysokiej jakości produkty uznanych na świecie producentów igieł.*

**Odp.** Zamawiający dopuszcza składanie ofert na igły do punkcji mostka 16G oraz 15G o zakresie regulacji 10-50.

**Pytanie nr 2 - dotyczy Rozdz. I pkt. 7.2**

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dołączenia do ofert (oprócz wzorów z każdej pozycji), po 1 szt. w wybranym przez oferenta rozmiarze igły do trepanobiopsji oraz 1 szt. w wybranym rozmiarze igły do mostka.*

**Odp.** Zamawiający potwierdza, że wymaga dołączenia do ofert (oprócz wzorów z każdej pozycji), po 1 szt. w wybranym przez oferenta rozmiarze igły do trepanobiopsji oraz 1 szt. w wybranym rozmiarze igły do mostka.

Z/CA...  
Instytut Hematologii i Transfuzjologii  
d/s...  
mgr Witold Kmiótek

2008