

Warszawa, dnia 06.06.2007r.

Dz.Z. / 76 /07

WYKONAWCY**Dot: przetargu nieograniczonego na dostawę Testów do badań immunoserologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów immunoserologicznych znak IHIT/P/32/07**

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły faxem w dniu 04.06.2007r. pisemne zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych dla odczynników wraz z pierwszą dostawą zgodnie z zapisami projektu umowy §3 ust. 3 i odstąpi od wymogu SIWZ 2.1.2?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych dla odczynników wraz z pierwszą dostawą i odstepuje od wymogu SIWZ 2.1.2

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników immunoserologicznych z terminem ważności

poz. 1-4 minimum 4 miesiące

poz. 5 minimum 3 miesiące

pozostałe odczynniki minimum 7 miesięcy?

uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz minimum 12 miesięcy. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy aby odczynniki w pozycjach 1-4 miały okres ważności minimum 4 miesiące a odczynnik wymieniony w pozycji 5 – minimum 3 miesiące, pozostałe odczynniki 7 miesięcy

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie oferty cenowej na dostawę testów o wycenę części zużywalnych niezbędnych do wykonania wymienionej ilości badań na dwóch analizatorach?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie oferty cenowej o wycenę części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania wymienionej ilości badań na dwóch analizatorach.

Wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zużywalne niezbędne do wykonania badań określonych przez Zamawiającego, a nie podane w ofercie przez Wykonawcę w przypadku konieczności ich zastosowania do wyżej wymienionych badań będą dostarczane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w okresie obowiązywania umowy.

W związku z powyższym we wzorze umowy na dostawę testów dodaje się w §3 pkt 7 w następującym brzmieniu:

„Wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zużywalne niezbędne do wykonania badań, określonych w załączniku nr 1 do umowy, a nie podane w ofercie przez Wykonawcę, w przypadku konieczności ich zastosowania do wyżej wymienionych badań będą dostarczane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w okresie obowiązywania umowy.”

Z-CA DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek