

Warszawa, dnia 15.10.2007r.

Dz.Z. /2215/ 59 /140 /07

WYKONAWCY**Dot: przetargu nieograniczonego znak IHIT/P/59/07 na dostawę Odczynników diagnostycznych (zadania1-18)**

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły faxem pisemne zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dot. Rozdz. III pkt 5.1. SIWZ

Zestaw izotopowy, będący przedmiotem postępowania w Zadaniu 9 charakteryzuje się terminem ważności w granicach kilku tygodni. W tym konkretnym przypadku jego ważność wynosi 8 tygodni od wyznakowania. Wnioskujemy o korektę zapisu dotyczącego wymaganego terminu ważności w SIWZ, w Ofercie oraz we wzorze Umowy.

Odp.

Zamawiający dla Odczynników izotopowych znajdujących się w Zadaniu 8 i Zadaniu 9 dopuszcza złożenie oferty z terminem ważności odczynników podanym od daty znakowania /kalibracji/.

W związku z powyższym Zamawiający dodaje zapis w SIWZ (Rozdz. III pkt 5), druku „Oferta” (pkt IV.3) oraz Wzorzec Umowy (§5 pkt3):

„Okres przydatności do stosowania wynosi:od daty znakowania. Dostawca dostarczy przedmiot umowy do Odbiorcy w okresie przydatności do stosowania.” (dotyczy zadania 8 oraz zadania9)

Pytanie 2

Dot. wzoru umowy § 5. 4

Cykl produkcyjny zestawów izotopowych oraz kalendarz dostaw towaru ze świeżego oznakowania wyklucza realizację dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku Zadania 9 wnioskujemy o uzupełnienie zapisów treści umowy treścią jak niżej:

„ Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji i wymiany na towary wolne od wad, pochodzące z najnowszej produkcji, na własny koszt”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu w umowie dla zadania 9.

Pytanie 3

Dot. SIWZ.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności wynoszący 3 miesiące dla testów w 13 i 15 zadaniu?

*Odp. Zadania nr 13 – Zamawiający nie wyraża zgody na skrócony termin ważności,
Zadanie nr 15 – Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności do 3 m-cy*

Pytanie 4

Dot. SIWZ (rozdz. III pkt 4)

Czy zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty „potwierdzenia wpisu” do Rejestru Wyrobów Medycznych zamiast „potwierdzenia zgłoszenia”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do ofert potwierdzenia wpisu.

Pytanie 5

Czy w zadaniu nr 2 poz. 9 Zamawiający zgodzi się na 3 opakowania odczynnika po 2 ml, a tym samym zwiększając zapotrzebowanie o 1 ml? Z wiedzy jaką posiadamy wynika, że na rynku polskim odczynnik ten jest konfekcjonowany tylko w opakowaniach 2 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na 3 op. po 2 ml odczynnika.

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Humoralologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmieć

dos