

Warszawa, dnia 30.10.2007 r.

DZ/2215/56/147/2007

WYKONAWCY**OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

- I. Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 24.10.2007r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: **IHiT/P/60/07 NA DOSTAWĘ : TESTOW DO WYKRYWANIA I POTWIERDZANIA ZAKAŻEŃ WIRUSAMI HCV, HBV, HIV (ZADANIA NR 1 – 5)** wybrano Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty spełniające warunki określone w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych:

Kryteria oceny ofert – „cena 100%”

— **ZADANIE NR 1 i 4**

OFERTA NR 3

Nazwa Firmy: **bioMerieux Polska Sp. z o.o.**

ADRES FIRMY: **ul. Żeromskiego 14, 01 – 882 Warszawa**

Zadanie nr 1

Wartość oferty brutto – **1.857,52 PLN**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena 100%” – **100 punktów**

Zadanie nr 4

Wartość oferty brutto – **1.708,58 PLN**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena 100%” – **100 punktów**

WARTOŚĆ OFERTY OGÓLEM (brutto) – 3.566,10 PLN

— **ZADANIE NR 2 i 3**

OFERTA NR 2

NAZWA FIRMY: **Bio – Rad Polska Sp. z o.o.**

ADRES FIRMY: **ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa**

Zadanie nr 2

Wartość oferty brutto – **9.244,80 PLN**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena 100%” – **100 punktów**

Zadanie nr 3

Wartość oferty brutto – **1.005,80 PLN**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena 100%” – **100 punktów**

WARTOŚĆ OFERTY OGÓLEM (brutto) – 10.250,60 PLN

— **ZADANIE NR 5**

OFERTA NR 4

NAZWA FIRMY: **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.**

ADRES FIRMY: **ul. Hłżecka 24, 02 – 135 Warszawa**

Wartość oferty brutto – **258.726,00 PLN**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena 100%” – **100 punktów**

II. Zawiadamiamy jednocześnie, że w w/w postępowaniu wpłynęła oferta Wykonawcy na Zadanie nr 3 niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała następującą ilość punktów:

— **ZADANIE NR 3**

OFERTA NR 3

NAZWA FIRMY: **bioMerieux Polska Sp. z o.o.**

ADRES FIRMY: **ul. Żeromskiego 14, 01 – 882 Warszawa**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena 100%” – **61 punktów**

Wartość oferty brutto – **1.664,60 PLN**

III. Zawiadomienie o ofertach odrzuconych:

Na podstawie art. 92. ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 82 poz. 560) Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty Wykonawców:

— **ZADANIE NR 2**

OFERTA NR 1

NAZWA FIRMY: **EMAPOL Sp. z o.o.**

ADRES FIRMY: **ul. Budowlanych 68, 80 – 298 Gdańsk**

Podstawa Prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 82 poz. 560) – „*jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia*”.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający określił w SIWZ, że zamierza kupić test, który ma możliwość jednoczesnego oznaczania antygenu HCV i przeciwciał HCV.

Firma EMAPOL zaoferowała test wykrywający jedynie przeciwciała anty – HCV.

— **ZADANIE NR 5**

OFERTA NR 5

NAZWA FIRMY: **Biomedica Poland Sp. z o.o**

ADRES FIRMY: **ul. Raszyńska 13, 05 – 500 Piaseczno**

Podstawa Prawna: art. 89 ust.1 pkt.2 w związku z art. 26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 82 poz. 560) – „*jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia*” oraz „*Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania...*”.

Uzasadnienie faktyczne: firma Biomedica Poland nie spełnia parametrów granicznych (odcinających) w Zadaniu nr 5 dotyczących punktu 3 i 5.

Zgodnie z przedstawionymi w specyfikacji warunkami granicznymi, test do wykrywania obecności przeciwciał metodą Western Blot, powinien być możliwy do wykonania bez rozcieńczania próbki badanej. Również interpretacja wyniku powinna być możliwa bez konieczności rozcieńczania próbki (SIWZ Zadanie nr 5 parametry graniczne pkt.3). W zamieszczonej w ofercie „instrukcji stosowania” na stronie 9 jest napisane „*Próbki silnie pozytywne, mogą ulegać nadmiernej reakcji z antygenami umieszczonymi na pasku, powodując powstanie silnej reakcji barwnej. Na pasku mogą pojawić się także dodatkowe prążki. Dlatego też, w przypadku próbek silnie pozytywnych, zaleca się powtórzenie testu dla rozcieńczenia próbki w stosunku 1: 500*”.

Ten akapit świadczy, że mocno dodatnie próbki dla właściwej interpretacji wyniku trzeba rozcieńczać, a więc parametr graniczny nie jest spełniony.

W Zadaniu nr 5 pkt.5 w/w firma w ofercie w „instrukcji stosowania” nie podała wymaganych przez Zamawiającego wartości dla „*braku wpływu substancji interferujących na wynik testu*”.

Jednocześnie informujemy, że firma Biomedica Poland nie dołączyła do oferty dokumentu („*wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania*”) z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentu, ponieważ oferta podlega odrzuceniu.

Przypominamy również, że zgodnie z Rozdziałem III pkt. 2 SIWZ – „*...jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie parametry graniczne (odcinające) określone w Załączniku nr 1 dotyczące Zadania nr 2, 3, 4 i 5 oferta jest odrzucona bez dalszej oceny*”.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ZŁOŻENIE OFERT

Z-10
D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmioteł