

Dz.Z/ 2215/61/145/07

Warszawa, 25.10.2007r

WYKONAWCY**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/61/07 na dostawę Materiałów do sterylizacji i wyposażenia (zadania 1-5).**

*Zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na dostawę materiałów do sterylizacji i wyposażenia, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:*

**PYT. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu III na rękawy papierowo – foliowe o wymiarach:**

- pkt.7 – zamiast 350 mm – 380mm
- pkt.8 – zamiast 400 mm – 420 mm
- pkt.11 – zamiast 200x55 mm – 200x 50 mm
- pkt.12 – zamiast 250x65 mm – 250x50mm
- pkt. 13 – zamiast 400x80mm – 380x 80mm

**ODP.** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przez Państwa wielkości. Są to wybrane szerokości rękawów do potrzeb wszystkich klinik. Jesteśmy ograniczeni powierzchnią magazynowania sterylnego materiału. Wybraliśmy optymalne wielkości rękawów do naszych potrzeb.

Z-ca DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych  
mgr Witold Kmiotek