

Warszawa, dnia. 12.05.2008 r

DZ/2215/22/55/2008

WYKONAWCY

dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak IHiT/P/22/08 na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunohematologicznego.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/22/08 na dostawę drobnego odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunohematologicznego, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

1) **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający Wymaga by oprogramowanie własne analizatora miało menu w języku polskim?

Odpowiedź

Zamawiający **wymaga** by oprogramowanie własne analizatora miało menu w j. polskim.

2) **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający Wymaga by zaoferowane krwinki były enzymowane?

Odpowiedź

Zamawiający **wymaga** w/w rozwiązania.

3) **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający Wymaga by zaoferowane krwinki były enzymowane papainą, bromeliną czy ficyną?

Odpowiedź

Zamawiający **wymaga** krwinek enzymowanych papainą.

4) **Pytanie nr 4**

Prosimy o zdefiniowanie profilu badań dla Biorcy i Dawcy

Odpowiedź

Potwierdzenie antygenów:

BIORCA: odczynniki anty – A, anty – B i anty – D (nie wykrywające kategorii DVI)

DAWCA: odczynniki anty – A, anty – B i anty – D (wykrywające słabe odmiany antygeny D w tym kategorię DVI).

5) **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający Wymaga by Oferenci dołączyli do oferty przykładowy wydruk monitoringu temperatury transportu potwierdzający spełnienie tego parametru granicznego?

Odpowiedź

Zamawiający **wymaga** potwierdzenia kontroli temperatury transportu.

6) **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający Wymaga by zaoferować w dzierżawie czytnik z oprogramowaniem własnym urządzenia z menu w języku polskim, współpracujący z automatycznym analizatorem immunohematologicznym, umożliwiającym odczyt, archiwizację, wydruk protokołów i wyników badań oraz transfer wyników badań do komputera centralnego w razie awarii analizatora bądź konieczności wykonania badania manualnie?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

7) **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający Wymaga by zaoferowany panel krwinkowy był gotowy do użycia?

Odpowiedź

Zamawiający **wymaga** w/w rozwiązania.

8) **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający Wymaga by zaoferowany panel krwinkowy był przeznaczony do identyfikacji przeciwciał w Pośrednim Teście Antyglobulinowym oraz w teście enzymatycznym?

Odpowiedź

Zamawiający **wymaga** by panel krwinkowy do identyfikacji przeciwciał był do testu PTA.

9) **Pytanie nr 9**

Czy panel krwinkowy do testu enzymatycznego powinien składać się z krwinek papainowanych, bromelinowanych czy ficynowanych?

Odpowiedź

Zamawiający **wymaga** krwinek traktowanych enzymem papaina.

10) **Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający uzna ofertę za ważną, jeżeli Oferent dostarczy odczynniki i materiały zużywalne do automatycznego analizatora immunohematologicznego pochodzące od różnych producentów?

Odpowiedź

Zamawiający **wymaga** by dostarczone odczynniki i materiały zużywalne do w/w przetargu, pochodzące od różnych producentów spełniały wymogi określone w SIWZ.

Jednocześnie wymaga by były dobrej jakości, „dedykowane do metody” oraz dawały gwarancję na możliwość zastosowania ich do analizatora jako przedmiotu zamówienia bez wpływu na jakość badań, czułość i powtarzalność wyników.

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczne-administracyjnych

mgr Witold Kmiotek

Oryginał pisma wysłano pocztą

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu /022/ 349 62 23

Otrzymano dn.....podpis.....