

Warszawa, dnia 18.12.2008 r.

DZ/2215/64/201/2008

WYKONAWCY**OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

- I. Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 10.12.2008 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: **IHiT/P/64/08 NA DOSTAWĘ: SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO ORAZ AKCESORIÓW DO GENERATORA LIGASURE (ZADANIA NR 1 – 4)** Wybrano Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty spełniające warunki określone w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych:

Kryteria oceny ofert – „cena 100%”

1) **ZADANIA NR 1, 2, 3**

OFERTA NR 3

NAZWA FIRMY: **OLYMPUS Polska Sp. z o.o.**

ADRES FIRMY: **ul. Suwak 3, 02 – 672 Warszawa**

Zadanie nr 1

Wartość oferty brutto – **57.574,56 PLN**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena 100%” – **100 punktów**

Zadanie nr 2

Wartość oferty brutto – **7.094,10 PLN**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena 100%” – **100 punktów**

Zadanie nr 3

Wartość oferty brutto – **13.115,36 PLN**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena 100%” – **100 punktów**

WARTOŚĆ OFERTY OGÓLEM (brutto) – 77.784,02 PLN

2) ZADANIE NR 4

OFERTA NR 2

NAZWA FIRMY: **COVIDIEN Polska Sp. z o.o.**

ADRES FIRMY: **Al. Jerozolimskie 162, 02 – 342 Warszawa**

Zadanie nr 4

Wartość oferty brutto – **110.327,70 PLN**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena 100%” – **100 punktów**

WARTOŚĆ OFERTY OGÓLEM (brutto) – 110.327,70 PLN

II. Streszczenie i ocena złożonych ofert

	Oferta Nr 1	Oferta Nr 2	Oferta Nr 3
<i>Nr zadania</i>	POL-MED. P. Jabłonka	COVIDIEN Polska sp. z o.o.	OLYMPUS Polska sp. z o.o.
1	35.631,00 PLN <i>oferta odrzucona</i>	---	57.574,56 PLN <i>100,00 pkt.</i>
2	5.778,00 PLN <i>oferta odrzucona</i>	---	7.094,10 PLN <i>100,00 pkt.</i>
3	---	---	13.115,36 PLN <i>100,00 pkt.</i>
4	---	110.327,70 PLN <i>100,00 pkt.</i>	---

III. Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

IV. Zawiadomienie o ofertach odrzuconych:

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu zostały **odrzucone** następujące oferty:

1) OFERTA NR 1 NA ZADANIE NR 1

Nazwa Firmy: **POL – MED Paweł Jabłonka**

ADRES FIRMY: **ul. Szegedyńska 5A/98, 01 – 957 Warszawa**

Podstawa Prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust. 2 pkt. 3;

Uzasadnienie faktyczne: Oferta nie spełnia wszystkich wymaganych parametrów granicznych/ odcinających, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Poz. 1

Po przetestowaniu dostarczonych próbek igieł z Zad. 1 poz. 1 stwierdzono, że lek Ethanolamina używany do ostrzykiwania dużych żyłaków przełyku przechodzi z ogromną trudnością. Płynność podawania leku i tym samym prawidłowego działania narzędzia jest warunkiem koniecznym do skutecznego ostrzyknięcia żyłaków przełyku.

Zastosowana w narzędziu blokada wywołuje zbyt duży opór, co uniemożliwia szybką reakcję.

Poz. 3

Dokonany został pomiar długości narzędzia, która według informacji na opakowaniu miała mieć 180 cm, a wynosi 200 cm.

Zgodnie z SIWZ wymagane było zaoferowanie narzędzia o maksymalnej długości 180 cm.

2) OFERTA NR 1 NA ZADANIE NR 2

Nazwa Firmy: **POL – MED Paweł Jabłonka**

ADRES FIRMY: **ul. Szegedyńska 5A/98, 01 – 957 Warszawa**

Podstawa Prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust. 2 pkt. 3;

Uzasadnienie faktyczne: Oferta nie spełnia wszystkich wymaganych parametrów granicznych/ odcinających, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Po przetestowaniu dostarczonej próbki chwytaka palczastego kolonoskopowego (Zad. 2 poz. 3) stwierdzono, że końcówki chwytaka są zbyt ostro zakończone, co może prowadzić do uszkodzenia śluzówki.

Część końcową chwytaka cechuje zbyt duża sztywność. Po umieszczeniu chwytaka w czystym endoskopie i ułożeniu go w pozycji, jaką przyjmuje się w trakcie badania, ramion chwytaka nie udało się wysunąć z osłonki.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ZŁOŻENIE OFERT

*Z-ca Dyrektora IHiT
Ds. Techniczno-Administracyjnych*

Mgr Witold Kmiotek