


Dz.Z/ 2215/ 1 / 6 / 2009

Warszawa, 19.01.2009r


WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/1 /09 na Dostawę materiałów opatrunkowych i innych medycznych /zadania 1-11/.

Zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych i innych produktów medycznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 5 kolagenowy filś hemostatyczny o rozmiarze 8x5x0,5 cm w miejsce gąbki hemostatycznej? Okres wchłaniania około trzech tygodni.”

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Opis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 2

Zadanie nr 4

pozycja 7,8, - „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek gipsowych szybkowiązających z czasem wiązania 4-6 minut?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania opasek gipsowych szybkowiązających z czasem wiązania 4-6 minut.

Pytanie 3

„Czy Zamawiający zgodzi się:

- na zmianę § 6 ust. 1 umowy i nadanie następującej treści: „W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. W przypadku zwłoki w dostawie lub w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad Odbiorca może domagać się od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy lub nie wymienionego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s technicznych i administracyjnych
mgr Witold Kamiotek