

Warszawa dnia 12.05.2009

DZ/2215/19/87/2009**WYKONAWCY****ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU
WEZWANIE DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO POSTĘPOWANIA
TOCZĄCEGO SIĘ W WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak IHIT/P/19/09 na dostawę drobnego sprzętu medycznego (Zadania nr 1 – 6)

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.) Instytut Hematologii i Transfuzjologii zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę drobnego sprzętu medycznego (Zadania nr 1 – 6) został wniesiony protest przez Wykonawcę: **Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12 – 230 Biała Piska.**

Treść protestu w załączeniu

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniami art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców do przyłączenia się do postępowania w wyniku wniesionego protestu.

Prawa i obowiązki uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu określono w art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu /022/ 349 62 23

Otrzymano dn.....podpis.....

Biała Piska, dnia 11.05.2009r.

Protestujący:

Bialmed Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
tel (0-87) 424 11 77
fax (0-87) 424 11 85

Zamawiający:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa

Protest

Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, z póź. zm.) składam protest w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę drobnego sprzętu medycznego**”

Protest jest wnoszony na czynność podjętą przez zamawiającego polegającą na:

- ☛ Wyborze oferty Firmy Neomed Barbara J. Stańczyk z siedzibą w Piasecznie ul. Kajki 18 w pakiecie nr 5 poz. 1 i 2, która to oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego, **zarzucam** naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z póź. zm.):

- ☛ art. 7 ust.1 i 3 - przez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający zasadę zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także przez udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy;
- ☛ art. 82 ust. 3 - przez badanie oferty, której treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia ;
- ☛ art. 91 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 – przez wybór oferty, która podlega odrzuceniu, gdyż jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

Mając na uwadze naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych przez Zamawiającego, protestujący **wnosi o:**

Bialmed Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ryszard Rogiński 1

- uwzględnienie protestu;
- odrzucenie oferty Firmy Neomed Barbara J. Stańczyk w pakiecie 5
- Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej w pakiecie 5
- Dokonania ponownego badania i oceny ofert

Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia niniejszego protestu, tj. wybór najkorzystniejszej oferty, otrzymaliśmy w dniu 7 maja 2009r w formie fax`u zatem protest składamy w terminie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym pakietu nr 5 poz. 1 i 2 Zamawiający wymagał zaoferowania zestawów z komorą kroplową nie zawierającą PVC. W odpowiedziach udzielonych na pytania oferentów w dniu 27.04.2009 Zamawiający wyjaśnił również, że oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania, których dren wykonany jest z PVC nie zawierającego ftalanów DEHP. Ponadto W SIWZ znalazł się wymóg aby dołączyć do oferty po 5 sztuk oferowanego sprzętu medycznego, które stanowią integralną część oferty przetargowej.

W dniu 5 maja br. nasz upoważniony przedstawiciel Pan Mariusz Jankowski, zapoznał się z treścią ofert przetargowych złożonych w przetargu na „Dostawę drobnego sprzętu medycznego”, nie mógł jednak zapoznać się ze wzorami oferowanego przez firmę Neomed sprzętu medycznego ponieważ nie zostały one dołączone do złożonej oferty przetargowej. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust 3 wezwał firmę Neomed do ich uzupełnienia, co firma uczyniła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zgodnie z art. 26 ust 3 „... złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy (...) wymagań określonych przez Zamawiającego...”. W dniu 7.05.2009 Pan Mariusz Jankowski zapoznał się ze złożonymi przez firmę Neomed próbkami. Jako próbki zostały złożone przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych o numerze serii 28042009 oraz przyrządy do przetaczania krwi o numerze serii 05022009.

Po przeanalizowaniu oferty i próbek złożonych przez firmę Neomed w zakresie pakietu nr 5 poz. 1 i 2 stwierdzamy, że zaoferowane próbki przyrządów do przetaczania produkowane przez firmę Margomed posiadają dren wykonany z PVC w którym plastyfikatorem są ftalany DEHP a więc uzupełnione próbki nie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wymaganym przez Zamawiającego, jak również nie są zgodne z numerami katalogowymi podanymi w ofercie. Firma Neomed, zapewne nie mając chwilowo właściwych przyrządów, celowo i świadomie wykorzystwała fakt, że producent przyrządów do przetaczania, firma Margomed, jak dotąd nie wprowadził dodatkowego oznaczenia o braku zawartości ftalanów DEHP na opakowaniach jednostkowych a jedynie taką informację umieszcza na opakowaniach zbiorczych. Nie można więc wykluczyć, że również w trakcie trwania umowy przetargowej dostarczała by przyrządy niezgodne z

Neomed sp. z o.o.
 Członek Zarządu
 Ryszard Rogiński

wymaganiami Zamawiającego.

Według stanu faktycznego oferta złożona przez firmę Neomed Barbara J. Stańczyk powinna zostać odrzucona, gdyż nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ

Z tych też względów protestujący wnosi o uwzględnienie treści protestu i dokonania ponownej oceny i wyboru oferty .

Protest został złożony w formie pisemnej na 3 stronach.

Protest złożony został z zachowaniem przewidzianego terminu w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z póź. zm.).

W załączeniu:

- Oświadczenia producenta przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych oraz krwi, Firmy Margomed z siedzibą w Lublinie

Stalmed Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Ryszard Rogiński

podpis osoby uprawnionej do wniesienia protestu




PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE MARGOMED

Al. Wincentego Witosa 38, 20-315 Lublin tel./fax 81/ 7452300,
7439633

Lublin, 07-05-2009 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przyrządy do przetaczania krwi-numer serii 05022009 oraz przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych-numer serii 28042009 produkowane przez firmę P.P. Margomed posiadają dren wykonany z PVC, w którym plastyfikatorem są ftalany.



Z poważaniem,

DYREKTOR
d/s Ekonomiczno-Handlowych
[Signature]
mgr Beata Pyka-Sóchal




PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE MARGOMED

Al. Wincentego Witosa 38, 20-315 Lublin tel./fax 81/ 7452300,
7439633

Lublin, 07-05-2009 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przyrządy do przetaczania krwi-numer serii 01112008 oraz przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych-numer serii 28102008 produkowane przez firmę P.P. Margomed posiadają komorę kroplową wykonaną z tworzywa wolnego od PCV oraz dren wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów DEHP.

Bialmed sp. z o.o.	
Za zgodność z oryginałem	
dnia	2009-05-11 *
Ryszard Rogiński Członek Zarządu	 podpis

Z poważaniem,

DYREKTOR
d/s Ekologiczno-Handlowych

mgr Elżbieta Pyka-Sochał