

Warszawa, dnia 02.06.2009r.

Dz.Z. /2215/ 16 /103 /09

**WYKONAWCY**

**Dot: przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/16/09 na dostawę: SPRZĘTU CHŁODNICZEGO DO LABORATORIUM (zadania 1-5)**

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły faxem pisemne zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Zadanie 1: Zamrażarka laboratoryjna do głębokiego mrożenia, pionowa, z chłodzeniem w półkach.**

1. Czy Zamawiający dopuści pojemność całkowicie użytkową zamrażarki wynoszącą dokładnie 455 litrów, przy spełnianiu pozostałych wymaganych parametrów ?  
**Odp. TAK**
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego instalacja chłodząca wbudowana jest w ścianach bocznych?  
**Odp. TAK**
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poziomie hałasu 68 dB?  
**Odp. TAK**
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kółka?  
**Odp. TAK**
5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie gwarantujące utrzymanie temperatury – 80°C przy temperaturze otoczenia +32°C?  
**Odp. TAK**
6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 105,8 cm?  
**Odp. NIE**

7. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej:
- Z chłodzeniem okołokomorowym umieszczonym w ścianach zamrażarki (każdy z przedziałów zamrażarki mrożony jest z trzech stron)
  - Oraz o wymiarze szerokości zewnętrznej wynoszącym 101,5 cm (szerokość transportowa zamrażarki wynosi 90 cm, a więc umożliwia transport zamrażarki przez standardowe drzwi)?

**Odp. TAK**

8. Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o następujących parametrach: pojemność całkowita netto 450 l, zakres temperatury od -40°C do -85°C, wysokość zamrażarki 2162 mm.

**Odp. NIE**

**Zadanie 2: Zamrażarka laboratoryjna pionowa z szufladami.**

1. Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne do szuflad, zamrażarkę z wysuwanymi półkami, przy spełnianiu pozostałych wymaganych parametrów ?

**Odp. NIE**

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o następujących parametrach: pojemność użytkowa 388 l, głębokość zewnętrzna 73,1 cm?

**Odp. NIE**

**Zadanie 3: Zamrażarka laboratoryjna pionowa szafowa z półkami.**

1. Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą zamrażarki wynoszącą dokładnie 208 cm, przy spełnianiu pozostałych wymaganych parametrów ?

**Odp. NIE**

2. czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości: 200 lub 208 cm.?

**Odp. NIE**

**Zadanie 4: Chłodziarka laboratoryjna pionowa z półkami.**

1. Czy Zamawiający dopuści głębokość zewnętrzną chłodziarki wynoszącą dokładnie 80 cm, przy spełnianiu pozostałych wymaganych parametrów ?

**Odp. NIE**

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości zewnętrznej 70 cm ?

**Odp. TAK**

3. Czy Zamawiający ze względu na wymagany wymuszony obieg powietrza dopuszcza półki druciane pokrywane tworzywem sztucznym zapewniające właściwy przepływ powietrza i prawidłowy rozkład temperatury?

**Odp. TAK**

4. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości 86 cm?

**Odp. NIE**

**Zadanie 5: Chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna pionowa z półkami.**

1. Czy Zamawiający dopuści pojemność całkowicie użytkową komory chłodniczej wynoszącą dokładnie 135 litrów, przy spełnianiu pozostałych wymaganych parametrów ?

**Odp. NIE**

2. Czy zamawiający dopuszcza pojemności części chłodniczej – 203 litry i zamrażalniczej – 87 litrów przy zachowaniu wymaganych gabarytów zewnętrznych?

**Odp. TAK**

3. Czy Zamawiający dopuści drzwi bez mechanizmu samozamykającego?

**Odp. TAK**

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności całkowicie użytkowej komory chłodniczej 190 litrów?

**Odp. TAK**

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatury komory chłodniczej od 2°C do 18°C, regulowanej co 1°C?

**Odp. TAK**

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości zewnętrznej 60 cm?

**Odp. TAK**

7. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o : pojemności użytkowej chłodziarki 150 l, pojemności użytkowej zamrażarki 150 l, szerokości zewnętrznej 52 cm, wysokości 202 cm?

**Odp. NIE**

Z-ca DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniki laboratoryjnych  
mgr Witold Kmittek

2014