

Dz.Z/2215/56/ 207/2009

Warszawa, dnia 20.10.2009

**WYKONAWCY**Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak **IHIT/P/56/2009**  
na dostawę : **Zestawu do analizy kariotypu i analizy techniką FISH.**

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców, Zamawiający przekazuje ich treść ,  
oraz udziela nast. odpowiedzi:

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza obiektywy o lepszej aperturze i odległości roboczej:
- Plan APOCHROMAT 10x/0,45 odl. rob. 4 mm
  - Plan FLUOR 60x/1,25 oil odl. rob. 0,2 mm
  - Plan FLUOR 100x/1,25 oil odl. Rob. 0,2 mm

Odpowiedź:


Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 2

2. Co oznacza "kompatybilność" z p. 23 w zał. nr 1.  
Czy Zamawiający dopuszcza jedynie oprogramowanie Metasystem, które posiada sobie właściwy system zapisu wyników i obrazu czego nie akceptuje żaden inny program.  
Czy też przez kompatybilność rozumie się możliwość zapisu w popularnych formatach graficznych plików obrazowych (np. JPEG, TIFF), które rozpoznaje dowolny program do analizy kariotypu i FISH.

Odpowiedź:

Zamawiany zestaw do analizy kariotypu techniką FISH będzie współpracował z posiadanym tego typu zestawem

ZOB. J. K. DRA  
Instytut Hematologii i Transfuzjologii  
dział techniczny-administracyjny  
  
mgr Witold Kmiatek