

Warszawa, 03.12.2009r

**WYKONAWCY****SPROSTOWANIE****Dotyczy przetargu nieograniczonego IHIT/P/67/09****- na usługę: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej .****Zamawiający uprzejmie informuje, że w załączniku nr 3c do SIWZ „Wymagania dla aparatu do badań hematologicznych –morfologia 3 diff”****JEST**

Analizator 30 parametrowy o wydajności min. 80 analiz/godzinę.

- Oznaczone parametry:

WBC- liczba krwinek białych, HGB- hemoglobina, PLT- liczba płytek, PCT- hematokryt płytkowy, RBC- liczba erytrocytów, RET#- liczba retikulocytów.

- Obliczane parametry:

MCV- średnia objętość erytrocyta, MCH-średnia zawartość hemoglobiny, MCHC- średnie stężenie hemoglobiny,MPV- średnia objętość płytki, HCT- hematokryt

- Interfejs do komunikacji zewnętrznej z systemem informatycznym

**POWINNO BYĆ**

Analizator 18 parametrowy o wydajności min. 80 analiz/godzinę.

- Oznaczone parametry:

WBC- liczba krwinek białych, HGB- hemoglobina, PLT- liczba płytek, PCT- hematokryt płytkowy, RBC- liczba erytrocytów,

- Obliczane parametry:

MCV- średnia objętość erytrocyta, MCH-średnia zawartość hemoglobiny, MCHC- średnie stężenie hemoglobiny,MPV- średnia objętość płytki, HCT- hematokryt

- Interfejs do komunikacji zewnętrznej z systemem informatycznym

Z chwilą zamieszczenia powyższego sprostowania na stronie internetowej obowiązuje poprawna wersja –Powinno być -załącznik nr 3c załączonego do w/w sprostowania

KIEROWNIK  
Zakładu Usług  
Miejscowości Publicznych i Zaopatrzenia  
*Jas*  
Ma Sobczak

Z-ca DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-organizacyjnych  
*[Signature]*  
mgr Witold Kmiotek