

Warszawa, dnia 17.06.2010

DZ/2215/29/97 /2010**WYKONAWCY****SPROSTOWANIE**

dotyczy: Przetargu nieograniczonym znak: **IHiT/P/29/2010** na dostawę:
APARATURY MEDYCZNEJ (zadania 1-6). Dotyczy Zadania nr 5.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w **Załączniku nr 1 „Specyfikacji Asortymentowo – Cenowej”**, **Zadanie nr 5 w Parametrach granicznych pkt. 2 jest:**

– **Wielkość komory myjącej powinna umożliwiać włożenie walca o średnicy 20x45 cm**

a powinno być :

– **Wielkość komory myjącej powinna umożliwiać włożenie walca o średnicy 200 mm x45 mm**

K I E R C W N I K
Działu Zamówień Publicznych Zaopatrzenia

Krystyna Sobczak

UWAGA

Z chwilą zamieszczenia informacji na stronie internetowej obowiązuje poprawiona wersja Załącznika nr 1 do SIWZ