


Dz.Z/ 2215/ 35 / 112 /2010



Warszawa, 14.07.2010r

**WYKONAWCY**

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego  
Znak IHiT/P/35/10 na Dostawę odczynników do oznaczania  
immunofenotypowania komórek krwi oraz dzierżawa automatycznych  
analityzatorów /zadania 1-11/**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytut Hematologii i Transfuzjologii przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:

**Pytanie 1**

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści płytki do oznaczania HLA kl. I metodą serologiczną, typu HLA ABC 144 o terminie ważności 6 miesięcy oferowanym przez producenta od daty produkcji?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza płytki do oznaczania HLA kl. I metodą serologiczną, typu HLA ABC 144 o terminie ważności min. 9 m-cy od daty dostawy.

**Pytanie 2**

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści płytki do oznaczania HLA kl. I metodą serologiczną typu HLA ABC 144 – dwie płytki na jedno oznaczenie/ 3 oznaczenia w opakowaniu, co w sumie daje 117 opakowań?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza płytki do oznaczania HLA kl. I metodą serologiczną typu HLA ABC 144 – w opakowaniach po 3 testy (po 2 płytki na test) w ilości 117 opakowań.

2 Z. GA DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych

mgr Witold Kmiotek