

Warszawa, dnia 27.08.2010

DZ/2215/39/139/2010

WYKONAWCY

dotyczy: Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: **IHiT/P/39/2010** na dostawę „**odczynników do diagnostyki bakteriologicznej oraz odczynników do aparatów Bactec 9050, ACT Diff, FACS Canto, FACS Calibur, Vitek 2 Compact 30, EasyMag, Lumiagregometr, (zadania 1 – 12)**”.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy otrzymane do przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/39/2010 na dostawę „odczynników do diagnostyki bakteriologicznej oraz odczynników do aparatów Bactec 9050, ACT Diff, FACS Canto, FACS Calibur, Vitek 2 Compact 30, EasyMag, Lumiagregometr, (zadania 1 – 12)”, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

ZADANIE NR 8

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści test oparty o przeciwciała monoklonalne dla toksyny A i poliklonalne dla toksyny B?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga testu z kontrolą ujemną wizualnie przezroczystą?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga testu z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby mrożenia do 72 godzin?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga testu wykrywającego toksynę A na poziomie min. 0,8ng/ml?

Odpowiedź


Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga testu wykrywającego toksynę B na poziomie min. 2,5ng/ml?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** w/w rozwiązanie.

K I E R O W N I K
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Krystyna Sobczak

Oryginał pisma wysłano pocztą

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu /022/ 349 62 23

Otrzymano dniapodpis.....