



Dz.Z/ 2215/ 17 / 45 /2011

Warszawa, 08.03.2011r

WYKONAWCY**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego
znak IHiT/P/17/11 na Dostawę odczynników laboratoryjnych /zadania 1-12/**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytut Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1

Czy zamawiający w zadaniu 11 poz. 3 (tj. zestaw o ilościowego oznaczania zawartości czynnika płytkowego IV w ubogoerytrocytarnym osoczu metodą ELISA) oraz poz. 4 (tj. zestaw do ilościowego oznaczania zawartości b-tromboglobuliny w w ubogoerytrocytarnym osoczu metodą ELISA) dopuszcza zaoferowanie zestawów nie posiadających oznakowania CE, będącymi zestawami typu RUO (Research US Only)?

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 2**

Dotyczy wzoru umowy

Par. 3 ust.3 – fakturę wystawiamy i wysyłamy pocztą po dostawie towaru – prosimy o dokonanie korekty tego zapisu.

Odpowiedź**Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian.****Pytanie 3**

Zadanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 19 produkt równoważny w postaci odczynnika monoklinalnego anty-s o innym klonie niż MNS4?

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 22 produkt równoważny w postaci odczynnika poliklonalnego anty-Fya.

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza odczynnik poliklonalny anty-Fya****Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 28 produkt równoważny w postaci odczynnika poliklonalnego anty-Lua

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza odczynnika poliklonalnego anty-Lua**

Z-ca DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s ter. i szpitali - administracyjnych
[Signature]
mgr Witold Kmiotek

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

[Signature]
Krzyszyna Sobczak