

Dz.Z/ 2215/ 73 /317/2011

Warszawa, 25.11.2011r

WYKONAWCY**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/73/11 na Zakup Aparatury /zadania 1-16/.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytut Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1**Dotyczy zadania nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o częstotliwości prądu roboczego w zakresie 330-380kHz, którego moc prądu koagulacji bipolarnej wynosi 40W?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie 2

„Dotyczy załącznika nr 2 „Oferta”: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podania nr seryjnego oferowanego urządzenia, ponieważ na etapie przygotowywania oferty przetargowej nie są znane numery seryjne?”

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert podania numeru seryjnego oferowanego urządzenia.

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Wioletta Kmiotek

*Jok*