

Warszawa, dnia 20.04.2012 r.

DZ/2215/25/155/2012

**WYKONAWCY**

**dotyczy:** Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: IHiT/P/25/2012 na dostawę: „Dostawa aparatury medycznej oraz akcesorii do aparatów EKG (zadania 1-5)”.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy otrzymane do przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/25/2012 na dostawę „Dostawa aparatury medycznej oraz akcesorii do aparatów EKG (zadania 1-5)”, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

**ZADANIE NR 3****Pytanie nr 1**

*Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie o pojemności 628 l, głębokości 84,3 cm oraz zużyciu energii nie większym niż 24 kWh, spełniające pozostałe kryteria?*

**Odpowiedź**

**Nie dopuszcza się wyżej wymienionego rozwiązania.**

**Pytanie nr 2**

*Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie o wymiarach szerokość 79 cm, głębokość 84,5 cm, wysokość 198,5 cm oraz zużyciu energii nie większym niż 16 kWh, spełniające pozostałe kryteria?*

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.**

**ZADANIE NR 5****Pytanie nr 1**

*Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 oraz 2 z zadania nr 5 i utworzenie z tych pozycji nowego pakietu/ zadania. Wg. naszej wiedzy produkty z tych pozycji na rynku polskim posiada w swej ofercie tylko jedna firma. Utworzenie nowego pakietu pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów, co poprawi zasady uczciwej konkurencji a Zamawiającemu da możliwość wybrania oferty najkorzystniejszej cenowo.*

**Odpowiedź**

**Nie wyrażamy zgody.**

**Pytanie nr 2**

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tych pozycjach mankietów bez warstwy antybakteryjnej?*

**Odpowiedź**

**Nie dopuszcza się.**

**Pytanie nr 3**

*Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 25 – 35 cm.?*

**Odpowiedź**

**Tak dopuszcza się.**

**Pytanie nr 4**

*Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 33 – 47 cm.?*

**Odpowiedź**

**Nie dopuszcza się.**

**Pytanie nr 5**

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 5 pozycji 1 i 2 mankietów pokrytych warstwą antybakteryjną oraz w pozycji 1 mankietów w rozmiarze 25 – 35 cm oraz w pozycji 2 mankietów w rozmiarze 33 – 47.?*

**Odpowiedź**

**Pozycja nr 1 dopuszcza się, pozycja nr 2 nie dopuszcza się.**

**Pytanie nr 6**

*Prosimy o odstąpienie od wymogu aby mankiety z pozycji 1 i 2 były pokryte warstwą antybakteryjną. W ten sposób Zamawiający będzie mógł uzyskać korzystniejszą cenowo ofertę. Wedle naszej wiedzy ww. wymóg spełniają jedynie mankiety oryginalne, które są relatywnie drogie. Ewentualnie prosimy o wydzielenie pozycji 1-3 z pakietu.*

**Odpowiedź**

**Nie dopuszcza się.**

**Pytanie nr 7**

*Prosimy o dopuszczenie tolerancji w zakresie szerokości mankietów z pozycji 1 i 2 na poziome 1 cm.*

**Odpowiedź**

**Tak dopuszcza się.**

**Pytanie nr 8**

*Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 1 mankietów o rozmiarze 25-35 cm (mankiet z workiem) lub 27,5 – 36,5 cm (mankiet bez worka).*

**Odpowiedź**

**Tak dopuszcza się**

**Pytanie nr 9**

*Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 2 mankietów o rozmiarze 33-47 (mankiet z workiem) lub 35,5-46 cm (mankiet bez worka).*

**Odpowiedź**

**Nie dopuszcza się.**

**Pytanie nr 10**

*W jakiej technologii mają być wykonane czujniki z pozycji 4 i 5 (standardowy Philips/Nellcor czy też Nellcor Oximax bądź Masimo – wedle naszej wiedzy wskazany w SIWZ aparat może być wyposażony w różne moduły do pomiaru saturacji)? Jeśli chodzi o czujniki Masimo lub Nellcor Oximax prosimy o rozważenie o rozważenie wyłączenia pozycji 4 i 5 z pakietu.*

**Odpowiedź**

**Czujniki z pozycji 4 i 5 wykonane są w technologii Philips/Nellcor. Nie wyrażamy zgody na wyłączenie pozycji 4 i 5 z pakietu.**

**Pytanie nr 11**

*Czy zapisy SIWZ należy rozumieć w ten sposób, że kabel (przewód główny) i przewody z pozycji 6 i 7 mają stanowić komplet?*

**Odpowiedź**

**Tak stanowią komplet.**

**Pytanie nr 12**

*Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie antybakteryjnego mankieta do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi o obwodzie 27,5 – 36 cm (M4555B)?*

**Odpowiedź**

**Tak wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 13**

*Poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie antybakteryjnego mankieta do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi o obwodzie 35 – 45 cm (M4557B)?*

**Odpowiedź**

**Nie wyrażamy zgody.**

**WZÓR UMOWY**

**Pytanie nr 1**

*Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.*

**Odpowiedź**

**Zapisy w umowie pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości brutto przedmiotu Zamówienia dostarczonego ze zwłoką za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**Odpowiedź**

Zapisy w umowie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 3**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie.

**Odpowiedź**

Zapisy w umowie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości brutto przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu na usunięcie awarii.

**Odpowiedź**

Zapisy w umowie pozostają bez zmian

**Pytanie nr 5**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 1.6 projektu umowy na następujący:

„Naliczenie przez Odbiorcę kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

**Odpowiedź**

Zapisy w umowie pozostają bez zmian

**Pytanie nr 6**

Dot. wzoru umowy par. 5 ust. 9

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: czas przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną – maks. 2 dni robocze

**Odpowiedź**

Tak dopuszcza się.

**Pytanie nr 7**

Dot. wzoru umowy par. 5 ust. 10

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: Czas naprawy w przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki w terminie maksimum 2 dni roboczych.

**Odpowiedź**

Tak dopuszcza się.


**Pytanie nr 8**

Prosimy o sprecyzowanie czy zapisy umowy odnoszące się do instalacji oferowanych wyrobów, przeszkolenia personelu Zamawiającego oraz serwisu (zwłaszcza pogwarancyjnego) dotyczą także asortymentu z pakietu Nr 5. W przeciwieństwie do pozostałych pakietów chodzi tutaj o materiały eksploatacyjne do urządzeń medycznych, a nie o same urządzenia. Są one co prawda wyrobami wielokrotnego użytku, ale o zupełnie

innym „ciężarze gatunkowym” niż np. aparaty EKG. Wzór umowy załączony do SIWZ wydaje się nie uwzględniać istotnych różnic w charakterze asortymentu objętego poszczególnymi pakietami.

**Odpowiedź**

Zapisy umowy odnoszące się do instalacji oferowanych wyrobów, przeszkolenia personelu oraz serwisu dotyczą tylko aparatury.

Z-CIA DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych  
  
mgr Witold Kmiotek