


Warszawa dn. 13.11.2014 r.

DZ /2215/55/..6.8.2.../2014

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHIT/P/55/2014 na dostawę: odczynników chemicznych i laboratoryjnych do realizacji grantu norweskiego (zadania nr 1-5)



oraz odczynników i materiałów zużywalnych do izolacji DNA, do badań diagnostycznych DNA HBV, RNA HCV i RNA HIV, do immunofentypowania, pozostałych odczynników chemicznych i laboratoryjnych na potrzeby komórek IHIT, oraz materiałów zużywalnych do stężenia pomiaru glukozy we krwi (zadania 6 - 35)

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie czasu płatności z 60 do 30 dni dla części 35?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania 11 – czy w pozycji nr 2 Zamawiający wymaga szybkiego immunoenzymatycznego testu kasetkowego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania 11 – czy w pozycji 1 oraz 2 Zamawiający wymaga testu w postaci jednej kasetki, gdzie w celu uzyskania wyników, próbkę przygotowuje się jednokrotnie oraz dozuje do jednej studzienki?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania 11 – czy w pozycji 1 oraz 2 Zamawiający wymaga testu, w którym nie występuje reakcja krzyżowa ze Staphylococcus ureus (szczep Cowan)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania nr 33 – czy Zamawiający w zadaniu nr 33, poz.1 wymaga aby przydatność testów paskowych po otwarciu fiolki była ważna do daty podanej na opakowaniu co umożliwi oszczędne gospodarowanie środkami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Dotyczy zadania nr 33 – czy Zamawiający w zadaniu nr 33 poz.1 wymaga, aby do badania w warunkach szpitalnych można było użyć prócz krwi kapilarnej także krwi żyłnej, tętnicznej lub noworodkowej?

Odpowiedź

Zamawiający w zadaniu nr 33 określił, że testy paskowe będą używane do pomiaru poziomu cukru we krwi, nie wymieniając rodzaju badanego materiału.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 3 i 32 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności określonych w miesiącach tj.min.7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 8

Dotyczy projektu umowy - §2 ust.5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie treści zapisu w następujący sposób: „, Ceny jednostkowe netto nie podlegają zmianie przez czas trwania umowy z zastrzeżeniem §6 ust.5 umowy.”?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 9

Dotyczy projektu umowy - §4 ust.1 – czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury, a nie jak dotychczas od daty dostarczenia faktury?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 10

Dotyczy projektu umowy - §6 ust.1 pkt1 – czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 11

Dotyczy projektu umowy - §6 ust.1 pkt2 – czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 12

Dotyczy §6 ust.1 pkt 3 – czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 13

Dotyczy zadania nr 20 – czy Zamawiający dopuszcza możliwość innego konfekcjonowania odczynników- np. 100 lub 50 izolacji, tak jednak aby całkowita ilość zaoferowanych odczynników/zestawów pokryła przewidywaną ilość oznaczeń?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. Pojemność opakowania 70 oznaczeń zapewnia najbardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników zawartych w zestawie, przy aktualnej liczbie izolacji RNA/DNA wykonywanych przez Użytkownika.

Pytanie nr 14

Dotyczy zadań 4, 21 i 26 – dotyczy specyfikacji asortymentowo-cenowej dla zadania nr 4 – załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający w rubryce „nr.kat.” zapisał: „43112660”. Uprzejmie informujemy, że w/w nr katalogowy jest nieprawidłowy.. Nie posiadamy w swojej ofercie żadnego produktu odpowiadającego w/w nr.kat. Prawidłowy nr kat jest następujący: „4312660”. Uprzejmie prosimy o dokonanie korekty załącznika nr 1, zadanie nr 4.

Odpowiedź

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ, w zadaniu nr 4 dokonał korekty numeru katalogowego. Nowobrzmiący załącznik został umieszczony na stronie internetowej.

Pytanie 15

Dotyczy zadań 4, 21 i 26 – dotyczy rozdziału V, ustęp 3, pkt.3.2.3 SIWZ oraz wzoru umowy §3 , ustęp 3, dla wyżej wymienionych zadań – czy Zamawiający zgodzi się na udostępnienie kart charakterystyki na stronie Wykonawcy zamiast dostarczenia w formie wydrukowanej z dostawą?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 16

Dotyczy zadań 4, 21 i 26 –dotyczy rozdziału V, ustęp 5, punkt 5.1. SIWZ – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie certyfikatów dla zadań 4, 21 i 26 w j. angielskim?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 17

Dotyczy zadań 4, 21 i 26 – dotyczy rozdziału V, ustęp 5, pkt 5.9 SIWZ – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie folderów w języku angielskim wraz z ofertą?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 18

Dotyczy zadań 4, 21 i 26 – dotyczy rozdziału V, ustęp 8, pkt 8.1 SIWZ oraz wzoru umowy §4 , ustęp 1 – uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 19

Dotyczy zadań 4, 21 i 26 – dotyczy wzoru umowy §5, ust.4 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 14 dni do 30 dni dla zadań 4, 21 i 26?(...)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 20

Dotyczy zadania nr 21 – czy Zamawiający oczekuje zestawu typu First Strand – umożliwiającego odwrotną transkrypcję RNA do postaci jednoniciowego cDNA, czy zestawu typu One Step umożliwiającego odwrotną transkrypcję i amplifikację do dwuniciowego cDNA w trakcie jednej reakcji?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje zestawu umożliwiającego odwrotną transkrypcję mRNA, całkowitego RNA zgodnie z opisem w specyfikacji.

Pytanie 21

Dotyczy zadania nr 21 – czy w składzie zestawu powinien znajdować się Inhibitor RNAz i woda PCR-grade?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy zadania nr 21 – czy obecne w zestawie oligo(dT)18 powinny posiadać funkcję tzw. anchored-oligo(dT)18 tzn.przylączyć się na samym początku ogona Poli(A) co zapobiega rozpoczęciu reakcji z wewnętrznych miejsc ogona Poli(A) i pozwala na tworzenie pełnej długości cDNA?

Odpowiedź

Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy zadania nr 21 – czy przez możliwość pracy w temperaturze 65 stopni C Zamawiający rozumie temperaturę prowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji z użyciem enzymu odwrotnej transkryptazy?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający rozumie temperaturę prowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji z użyciem enzymu odwrotnej transkryptazy.

Pytanie 24

Dotyczy wzoru umowy zał.nr 10 w zakresie zadania nr 21 i 28 – par.4 ust.1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par.4 ust.1 wzoru umowy wyrażenia „od daty dostarczenia” na „od daty wystawienia”?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 25

Dotyczy wzoru umowy zał.nr 10 w zakresie zadania nr 21 i 28 – par.5 ust.6 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania w brzmieniu: „W przeciwnym wypadku koszty poniesie Zamawiający.”?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 26

Dotyczy wzoru umowy zał.nr 10 w zakresie zadania nr 21 i 28 – par.6 ust.1 pkt.1.2- 1.3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par.6 ust.1 pkt.1.2-1.3 wyrażenia „opóźnienie” na „zwłoka”?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 27

Dotyczy wzoru umowy zał.nr 10 w zakresie zadania nr 21 i 28 – par.6 ust.2 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par.6 ust.2? w przypadku braku zgody na powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zastrzeżenia, że prawo do skorzystania z zakupu interwencyjnego będzie przysługiwało w przypadku zwłoki wynoszącej co najmniej 7 dni?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 28

Dotyczy wzoru umowy zał.nr 10 w zakresie zadania nr 21 i 28 – par.6 ust.5 pkt 5.7 – czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług zmiana ceny następowała w momencie wejścia w życie nowych stawek bez konieczności dokonywania zmian w niniejszej umowie na drodze aneksu?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 29

Dotyczy wzoru umowy zał.nr 10 w zakresie zadania nr 21 i 28 – par. 6 ust.5 pkt5.8-5.10 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że określenie procentowe realizacji umowy w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego charakteru działania Zamawiającego nie jest możliwe. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć ilości chorych, którym niezbędne będzie użycie przedmiotu zamówienia. Zamawiający oszacował z należytą starannością zakres i ilości przedmiotu zamówienia.

Z-GA DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
dział. techniczno-administracyjnych
[Signature]
mgr Witold Szmitak