

DZ /2215/ 32/ 279 /2015

Warszawa dn. 08.06.2015

**W Y K O N A W C Y**

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego  
Znak IHiT/P/ 32 /2015 na Dostawę testów, odczynników i materiałów zużywalnych  
do oznaczania antygenów HLA-A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie pośredniej  
rozdzielczości na analizatorze fluorescencyjno-laserowym typu Luminex  
i odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania izolacji DNA  
z krwi świeżej i mrożonej na aparacie Euroclone typ Duplica Prep (zadania 1 – 2)**

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

**Pytanie 1**

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast odczynników do oznaczania antygenów DBQ1, odczynników pozwalających na oznaczanie antygenów DQA1 oraz DQB1 w jednym zestawie?

Uzasadnienie: Producent testów, którego reprezentujemy z dniem 1 maja br. Zaprzerzał produkcji i dostaw zestawów do oznaczania locus DQB1. Pozostałe parametry zestawów są identyczne.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu nr 1 testu DQB1 i DQA1 w jednym zestawie.**

Z-OCA DYPKIN PORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/3 iędzimżno-administracyjnych  
mgr Witold Kmiotek