

DZ /2215/ 26/ 303 /2015

Warszawa dn. 16.06.2015

## WYKONAWCY

### Cz ę ś ć II

#### **Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego Znak IHIT/P/ 26 /2015 na Dostawę narzędzi laparoskopowych (zadania 1 – 4)**

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

#### **Pytanie 1**

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 narzędzia o długości 310mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 6 narzędzie o dł. 310mm. W pozostałych pozycjach, tj. 1, 2, 3, 4, 5 i 8 – nie dopuszcza takiej długości narzędzi – są za krótkie.**

#### **Pytanie 2**

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 7 rurkę o długości 330mm i średnicy 5mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza rurki o długości 330mm – jest za krótka.**

#### **Pytanie 3**

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9 igłę punkcyjną o długości 330mm, rurka o średnicy 5mm, igła 2mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną igłę.**

#### **Pytanie 4**

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1 optykę o długości 330mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza optyki o długości 330mm – jest za krótka.**

#### **Pytanie 5**

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 kleszczyki o długości 310mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza kleszczyków o długości 310mm – są za krótkie.**

### **Pytanie 6**

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 3 kleszczyki o długości 420mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza kleszczyków o długości 420mm – są za krótkie.

### **Pytanie 7**

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 4 kleszczyki o długości 310mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza kleszczyków o długości 310mm – są za krótkie.

### **Pytanie 8**

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 5 wkład do kleszczyków o długości 420mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza wkładu do kleszczyków o długości 420mm – jest za krótki.

### **Pytanie 9**

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 6 nożyczki o długości 420mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza nożyczek o długości 420mm – są za krótkie.

### **Pytanie 10**

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 7 kleszczyki o długości 420mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza kleszczyków o długości 420mm – są za krótkie.

### **Pytanie 11**

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 8 kleszczyki o długości 420mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza kleszczyków o długości 420mm – są za krótkie.

### **Pytanie 12**

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9 imadło ze stałą siłą nacisku, uchwyt w osi narzędzia, imadło uniwersalne do każdego typu igły, jedna transza aktywna, dł. 310mm, śr. 5mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego imadła.

**Pytanie 13**

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1, 2, 3 narzędzia o długości 310mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w pozycjach 1, 2, 3 narzędzi o długości 310mm – są za krótkie.

**Pytanie 14**

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 4 imadło nierozbieralne z kanałem do płukania śr. 5 mm dł. 370mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego imadła.

Z-ca DYREKTORA  
Instytutu Metrologii i Transjuzjologii  
d/a techniczno-administracyjnych  
mgr Witold Kmiotek