

Warszawa dn. 16.03.2017 r.

DZ /2215/15/M./2017

**WYKONAWCY**

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/15/2017 na Dostawa stentgraftów do zaopatrywania tętniaków ora innych produktów do zabiegów wewnątrznaczyniowych na potrzeby chirurgii naczyniowej realizowana w formie depozytu w magazynie Zamawiającego (zadania 1-7).**

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

**Pytanie 1****Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 7**

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 7 w miejsce pierwotnych parametrów protez o grubości ściany 0,47mm, z możliwością wielokrotnej resterylizacji protezy przy użyciu tlenu etylenu lub pary. Pozostałe parametry zgodne.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Z-ca DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s Zarządzania

z up   
mgr Witold Kmiotek