

Warszawa dn. 25.05.2017 r.

DZ /2215/25/202.../2017

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/25/2017 na: Dostawę protez naczyniowych oraz shuntów szyjnych na potrzeby chirurgii naczyniowej realizowana w formie depozytu w magazynie Zamawiającego (zadania 1-4)

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1**Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2**

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 2 w miejsce pierwotnych parametrów protez o grubości ściany 0,47mm. Protezy mogą być wyjaławiane powtórnie, przy użyciu tlenu etylenu lub pary. Wyjaławianie nieużytych części protezy może być wielokrotne, zgodnie z oświadczeniem producenta.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w zadaniu 2 w miejsce pierwotnych parametrów, protez o grubości ściany 0,47mm, przy czym reszta parametrów musi być zgodna z SIWZ.

Z-ca DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s Zarządzania

mgr Witold Kmiotek