



DZ. 26.20.269.2018.MT

INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

Dział Zamówień Publicznych i Zoopatrzenia

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14

tel. 022 349 62 22, fax 022 349 62 23

Warszawa, 17.05.2018 r.

.....
pieczęć zamawiającego

ZATWIERDZAM

.....
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

*strona internetowa Zamawiającego:
www.ihit.waw.pl*

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/20/2018 na: DOSTAWĘ JEDNORAZOWEJ ODZIEŻY, BIELIZNY I ZESTAWÓW OPERACYJNYCH, SPRZĘTU DO WYPOSAŻENIA APARATÓW ZNIECZULEŃ, DROBNEGO SPRZĘTU I OSTRZA DO STRZYGARKI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1 I ZMIANA TREŚCI SIWZ 4

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowej odzieży, bielizny i zestawów operacyjnych, wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej,

oraz

Zamawiający - na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treść siwz w części I,IV,VI,VIII niniejszego postępowania, poprzez wprowadzenie zmian do siwz. Odpowiedzi Zamawiającego stanowią zmianę do siwz.

Pytanie nr 1

Dotyczy Części nr 7, pozycje od 7 do 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna konstrukcja łącząca tak różne asortymentowo artykuły znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione koszty. W przedmiotowym postępowaniu konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów (zawłaszcza przedsiębiorców małych i średnich), i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pozycje 1-15 są elementami wyposażającymi stanowisko znieczuleń, muszą być kompatybilne ze sobą i nie powodować żadnych zakłóceń w codziennej pracy Bloku Operacyjnego.

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 7 Pozycja 9:

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie zestawu 3-odprowadzeniowego EKG, Multi - Link, dł. 90 cm, IEC, grabber zgrupowane ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Proponowana długość odbiega od wymaganej w SIWZ i nie sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

Pytanie nr 3

Dotyczy Części nr 7, Pozycja 12:

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP, dla dorosłych, standard, 25 - 35cm, wielorazowy, 2 - tubowy, z końcówką dinacklik ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Zamawiający wymaga standardowych mankietów.

Pytanie nr 4

Dotyczy Części nr 7 Pozycja 13:

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP, dla dorosłych, duży, 33 - 47cm, wielorazowy, 2 - tubowy z końcówką dinacliek ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Zamawiający wymaga standardowych mankietów.

Pytanie nr 5

Dotyczy Części nr 7 Pozycja 14:

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP, na przedramię RADIAL - CUF, 25 - 35cm, materiał typu Solt - cuf, 2-tubowy, łącznik dinacklik ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Dotyczy Części nr 6, pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Dotyczy Części nr 6, pozycja 7:

Czy zamawiający dopuści wycenę za śliniaki pakowane po 50 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Dotyczy Części nr 6, pozycja 8:

Czy zamawiający dopuści chustę trójkątną o wymiarach 96 cm x 96 cm x 136 cm wykonaną z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Dotyczy Części nr 6, pozycja 12:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 10

Dotyczy Części nr 6, pozycja 12:

Czy zamawiający dopuści wycenę za oakowanie po 100 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Dotyczy Części nr 6, pozycja 12:

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 12

Dotyczy Części nr 6, pozycja 12:

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był również na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 13

Dotyczy Części nr 6, pozycja 16:

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z warstwy bibuły i folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 14

Dotyczy Części nr 6, pozycja 16:

Czy zamawiający wymaga podkład na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości 50 cm x długość rolki 50 mb , perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m² , natomiast folia PE - grubość 1 x 0,015-0,017 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 15

Dotyczy Części nr 6, pozycja 18:

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 16

Dotyczy Części nr 6 poz.21:

Czy zamawiający dopuszcze opaski z identyfikatorem dla zmarłych, polietelenowa, opaska w kolorze białym, z jednorazowym zatrzaskiem uniemożliwiającym rozpięcie, o wymiarach: szer. 13mm, obwód regulowany 9 - 25cm, przezroczyste etui z folii PCV o wymiarach 78 x 96 mm na wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia: nazwisko, imię, pesel, zgon: data i godzina.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 17

Dotyczy Części 6, poz.1-2,7,8,12,16-21:

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 6 wydzieli pozycje: 1-2,7,8,12,16-21 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie. Zamawiający informuje, o następujących zmianach:

1) Zamawiający z Części nr 6 wydziela pozycje nr 1-2,7,8,12,16-21 do osobnego pakietu. Nowo utworzony pakiet otrzymuje następującą nazwę: „6a”.

Zamawiający umieścił zmienioną treść w/w załącznika na swojej stronie internetowej – www.ihit.waw.pl.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 18

Dotyczy Części nr 6, pozycja 14:

Czy zamawiający dopuści wąsy tlenowe z drenem o długości 200 cm, rozmiar uniwersalny, z możliwością założenia drenu za uszy w celu dopasowania „wąsów” do głowy , bez dodatkowych mocowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 19

Dotyczy Części nr 8, pozycja 1,6:

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 8 pozycji nr 1,6 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 8A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie. Zamawiający informuje, o następujących zmianach:

1) Zamawiający z Części nr 8 wydziela pozycje nr 1,6 do osobnego pakietu. Nowo utworzony pakiet otrzymuje następującą nazwę: „8a”.

Zamawiający umieścił zmienioną treść w/w załącznika na swojej stronie internetowej – www.ihit.waw.pl.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 20

Dotyczy Części nr 8, pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 21

Dotyczy Części nr 8, pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 22

Dotyczy Części nr 8, pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 23

Dotyczy Części nr 8, pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści fartuch bez oznakowania „środek ochrony osobistej”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 24

Dotyczy Części nr 8, pozycja 6:

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25 g/m², pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 25

Dotyczy Części nr 8, pozycja 6:

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 26

Dotyczy Części nr 9:

Prosimy o podanie, do jakiej strzygarki mają pasować ostrza?

Prosimy o dopuszczenie szerokości cięcia 3,13 lub 3,62 cm

Odpowiedź:

Zamawiający używa strzygarek 3M.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 27

Dotyczy Części 1, poz. 1, 2, 4:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie. Zamawiający informuje, o następujących zmianach:

1) Zamawiający z Części nr 1 wydziela pozycje nr 1,2,4 do osobnego pakietu. Nowo utworzony pakiet otrzymuje następującą nazwę: „1a”.

Zamawiający umieścił zmienioną treść w/w załącznika na swojej stronie internetowej – www.ihit.waw.pl. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 28

Dotyczy Części 1, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych jałowych fartuchów chirurgiczny pełnobarierowych zgodnych z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m²; z włókniny polipropylenowej SMMMS.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w serwetę włókninową; na opakowaniu 3 naklejki do dokumentacji. Rozmiar i długość: L - 127cm+/-2cm, XL - 135cm,+/-2cm, XXL - 140cm+/-2cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 29

Dotyczy Części 1, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych jałowych fartuchów chirurgiczny pełnobarierowych zgodnych z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m²; z włókniny polipropylenowej SMMMS.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o kroju tradycyjnym w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnej oddychającej 3-warstwowej włókniny. Przód fartucha wzmocniony przez oddychający 2-warstwowy laminat o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep.. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed założeniem. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w serwetę włókninową; na opakowaniu naklejka do dokumentacji. Rozmiar i długość: L - 127cm+/-2cm, XL - 135cm,+/-2cm, XXL - 140cm+/-2cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 30

Dotyczy Części 1, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego jednorazowego użytku (bluza i spodnie) z włókniny typu SMS z apreturą antystatyczną, gramatura 35g/m². Spodnie-nogawki bez ściągaczy, wiązane w pasie na trok; bluza z krótkimi rękawami i wycięciem pod szyją w kształcie litery V obszytym lamówką, z trzema kieszeniami. Włóknina spełnia wymogi normy PN EN 13795. Rozmiary S,M,L,XXL, XXL. Kolor: niebieski.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kompletów chirurgicznych w kilku różnych kolorach.

Pytanie nr 31

Dotyczy Części 1, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego jednorazowego użytku (bluza i spodnie) z włókniny typu SMS z apreturą antystatyczną, gramatura 45g/m². Spodnie-nogawki bez ściągaczy, wiązane w pasie na trok; bluza z krótkimi rękawami i wycięciem pod szyją w kształcie litery V obszytym lamówką, z

trzema kieszeniami. Włóknina spełnia wymogi normy PN EN 13795. Rozmiary S,M,L,XL, XXL. Kolory: niebieski, zielony i różowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 32

Dotyczy Części 6, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania worka na wymioty o pojemności 2000ml z podziałką od 100ml do 2000ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 33

Dotyczy Części 6, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści śliniak stomatologiczny w rozmiarze 38x48cm (+/-2cm) z kieszenią 12cm(+/-1cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 34

Dotyczy Części 6, poz. 22:

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych toreb na basen sanitarny z super chłonną wkładką, wchłania nie mniej niż 500 ml płynów fizjologicznych (mocz, krew) do 3000ml (wody) płynu. Wykonana z polietylenu z zamknięciem wyposażona w celulozową wkładkę zawierającą kopolimery akrylanu sodu. Rozmiar 60x40cm (+/-5%), rozmiar wkładki żelującej 13x24cm (+/-5%). Pakowane po 20 toreb w opakowaniu. Torba bezpieczna w użyciu z każdym rodzajem basenu, wkładka redukująca nieprzyjemne zapachy po zamknięciu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 35

Dotyczy Projektu Umowy:

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie przygotowywania umowy z Wykonawcą wprowadzi dodatkowe dane ułatwiające kontakt między stronami.

Pytanie nr 36

Dotyczy Części 8, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 37

Dotyczy Części 8, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuch zarejestrowany tylko jak wyrób medyczny, ponieważ standardowe fartuchy nie są sklasyfikowane, jako środek ochrony indywidualnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 38

Dotyczy Części 8, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści maskę spełniającą wymogi klasy FFP3 z zaworem, pakowaną a'5sztuk o następujących parametrach:

Opis wyrobu:	Ergonomicznie uformowana, odporna maska z łatwą regulacją części nosowej. Warstwa zewnętrzna składa się z wodoodpornej włókniny polipropylenowej, warstwa filtrująca składa się z mikro włókna wytworzonego w specjalnym procesie melt-blown, a warstwa wewnętrzna składa się z fizjologicznie nieszkodliwej miękkiej włókniny, wszystko połączone jest w procesie ultradźwiękowym.	
Materiał:	Warstwa zewnętrzna:	Wodoodporna włóknina polipropylenowa
	Warstwa wewnętrzna:	Miękka włóknina polipropylenowa, przyjazna dla skóry, antyalergiczna
	Warstwa filtrująca:	Mikro włókno wykonane w procesie melt-blown
	Pasek elastyczny:	Umocowany, regulowany elastyczny pasek pokryty bawełną
	Część nosowa:	Aluminium
	Poduszka nosowa:	Pianka poliuretanowa
	Zawór:	Syntetyczna gumowa membrana powlekana polipropylenem

Wydajność produktu:

		Żądanie	Wynik rzeczywisty
Filtracja	Chlorek sodu 95 l/min	max. 1%	0,43%
	Olej parafinowy 95 l/min	max. 1%	0,67%
Odporność (mbar)	Wdychanie 30 l/min	max. 1,0	0,51
	Wdychanie 95 l/min	max. 3,0	1,78
	Wydychanie 160 l/min	max. 3,0	1,23

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 39

Dotyczy Części 8, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści koszule pacjenta wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 40

Dotyczy Części 8, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym o długości 110cm i szerokości 140cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 41

Dotyczy Części 8, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla pacjenta z koszulą wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 42

Dotyczy Części 8, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zestaw z niewzmocnionymi w kroku majtkami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 43

Dotyczy Części 8, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 44

Dotyczy Części 8, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m² lub 45g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 45

Dotyczy Części 8, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 46

Dotyczy Części 8, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na leżankę wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m² lub 45g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 47

Dotyczy Części 8, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści rękawicę w rozmiarze 15x22cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 48

Dotyczy Części 8, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z włókniny w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 49

Dotyczy Części 8, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe w rozmiarze 40x70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 50

Dotyczy Części 8, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy 27cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 51

Dotyczy Części 8, poz. 11-12:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie. Zamawiający informuje, o następujących zmianach:

1) Zamawiający z Części nr 8 wydziela pozycje nr 11,12 do osobnego pakietu. Nowo utworzony pakiet otrzymuje następującą nazwę: „8b”.

Zamawiający umieścił zmienioną treść w/w załącznika na swojej stronie internetowej – www.ihit.waw.pl. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 52

Dotyczy Części 8, poz. 12:

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Zamawiający ma na myśli kocyk szyty metoda, ultradźwiękową?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający ma na myśli kocyk szyty metoda, ultradźwiękową.

Pytanie nr 53

Dotyczy Części 1, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klasycznej maski trójwarstwowej wiązanej na troki, przeznaczonej dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze w typie II, kolor aqua.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 54

Dotyczy Części 2, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę o wadze podstawowej materiału około 66g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 55

Dotyczy Części 2, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii z akcesoriami posiadającego w swoim składzie: 1 pojemnik plastikowy biały 30 x 40 x 10cm, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 56

Dotyczy Części 2, poz. 11:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do stengraftu z akcesoriami o poniższym składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa 200 x 150 cm (opakowanie zestawu)

-2 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

-1 x serweta hybrydowa dwuwarstwowa wzmocniona 260 x 390 cm, otwór przylepny 50 x 50 cm i 2 x otwór przylepny 17x10 cm (otwory z folią operacyjną). Osłony na pulpit obustronnie

-2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm ze sztywnikiem

-3 x osłona na sprzęt medyczny 120 x 120 cm

- 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
- 1 x podstawka pod skalpele 3 miejsca
- 1 x igła iniekcyjna 20G, 0,90 x 40 mm
- 1 x igła iniekcyjna 22G, 0,70 x 30 mm
- 2 x strzykawka 10 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta
- 2 x strzykawka 20 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta
- 2 x strzykawka 20 ml Luer 2 części przezroczysta
- 12 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm zielona 6 warstw 20 nitok
- 1 x pojemnik plastikowy 150 ml przezroczysty niebieski
- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski
- 1 x pojemnik plastikowy angio 3000 ml niebieski
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 57

Dotyczy Części 4, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji do odrębnego pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie. Zamawiający informuje, o następujących zmianach:

1) Zamawiający z Części nr 4 wydziela pozycje nr 6 do osobnego pakietu. Nowo utworzony pakiet otrzymuje następującą nazwę: „4a”.

Zamawiający umieścił zmienioną treść w/w załącznika na swojej stronie internetowej – www.ihit.waw.pl. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 58

Dotyczy Części 6, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny z funkcją "Twist& lock" na obręczy, która umożliwi bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 59

Dotyczy Części 6, poz. 6:

Czy zamawiający dopuści golarkę medyczną op.=100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 60

Dotyczy Części 6, poz. 8:

Czy zamawiający dopuści chustę trójkątną, jednorazową o wymiarach 136x96x96 , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 61

Dotyczy Części 6, poz. 21:

Czy zamawiający dopuści opaskę z identyfikatorem dla zmarłych opaska w rozmiarze, szer. 12mm, obwód 9-25 cm etui z folii PCV o wymiarach 75x105mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 62**Dotyczy Części 6, poz. 22:**

Czy zamawiający dopuści jednorazowa torba na basen rozmiary torby 62,2 x 45,7 cm , rozmiar wkładki 12,7 x 22,8 cm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 63**Dotyczy Części 5, poz. 1:**

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x101 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze.

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x142 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze.

3/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu nie będącego wyrobem medycznym, tj. objętego 23% stawką VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 64**Dotyczy Części 9:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy do strzygarki, jednorazowych, uniwersalnych, bezpiecznych, zapobiegających pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej, przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia. Górne ostrze jest nieruchome natomiast dolne ruchome, co pozwala uzyskać najmniejszą wysokość cięcia 0,21-0,23 mm przy zachowaniu bezpiecznej odległości od skóry. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Ostrze o szerokości cięcia 31,5 mm. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Do opisanych ostrzy oferujemy kompatybilną strzygarkę chirurgiczną Carefusion z ładowarką indukcyjną o klasie szczelności IPX7 umożliwiającą dokładną dezynfekcją w cenie 1 zł netto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Zamawiający wymaga ostrzy kompatybilnych z urządzeniem używanym w IHIT.

Pytanie nr 65**Dotyczy Części 1 poz.1:**

Część 1, poz. 1: czy Zamawiający dopuści Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m²; z włókniny polipropylenowej SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep nie mniejszy niż 2 x 5 cm (haczyki) oraz 2 x 13 cm (pętelki), nadruk identyfikujący rodzaj fartucha przed rozłożeniem. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w papier krepowany; na opakowaniu naklejka do dokumentacji. Rozmiar i długość: L - 125cm, XL - 140cm, XXL - 155cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 66**Dotyczy Części 1 poz.2:**

Część 1, poz. 2: czy Zamawiający dopuści Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m²; z włókniny polipropylenowej SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw do łokcia wzmocniony nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem. Przód fartucha wzmocniony przez oddychający 2-warstwowy laminat o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi rzep nie mniejszy niż 2 x 5 cm (haczyki) oraz 2 x 13 cm (pętelki). Nadruk identyfikujący rodzaj fartucha przed założeniem. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwi zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w papier krepowany; na opakowaniu naklejka do dokumentacji. Rozmiar i długość: L - 125cm, XL - 140cm, XXL - 155cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 67**Dotyczy Części 1 poz.1,2:**

Część 1, poz. 1,2: czy Zamawiający wyłączy pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 68**Dotyczy Części 2 poz.2:**

Część 2, poz. 2: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 60x50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69**Dotyczy Części 2 poz.3:**

Część 2, poz. 3: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70**Dotyczy Części 2 poz.5:**

Część 2, poz. 5: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71**Dotyczy Części 2 poz.7:**

Część 2, poz. 7: czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 72**Dotyczy Części 2 poz.7:**

Część 2, poz. 7: czy Zamawiający dopuści osłonę pakowaną a'2 sztuki z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 73**Dotyczy Części 2 poz.7:**

Część 2, poz. 7: czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 120x37cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 74**Dotyczy Części 2 poz.7:**

Część 2, poz. 7: czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 75**Dotyczy Części 2 poz.8:**

Część 2, poz. 8: czy Zamawiający dopuści obłożenie na stolik Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (bariera dla wody 123cm H₂O) o wymiarach 80x145cm gramatura obszarze wzmocnienia obłożenia min 74g/m². Grubość folii PE min 50µm. Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 76**Dotyczy Części 2 poz.9:**

Część 2, poz. 9: czy Zamawiający dopuści pokrowce na podłokietniki w rozmiarze 60x40cm, pakowane a'1 sztuka z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 77**Dotyczy Części 2 poz.10:**

Część 2, poz. 10: czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii z akcesoriami (zgodny z EN 13795 1,2,3) Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonna włóknina polipropylenowa. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min. 84g/m². Każdy zestaw posiada na etykiecie spis komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu TYVEK. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem o składzie:

- | | | |
|---|---------|----|
| • KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W | 50,0000 | SZ |
| • KLESZCZYKI PLASTIKOWE 24CM NIEBIESKIE | 1,0000 | SZ |
| • SKALPEL CHIRURGICZNY NR11 | 1,0000 | SZ |
| • IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) | 1,0000 | SZ |
| • POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄG 250ML WYS 5,5CM ŚR DENKA 7CM
SKALA MANKIET TRANSPARENTNY | 1,0000 | SZ |
| • SERWETA Z LAMINATU 3-WARSTWOWEGO O GRAMATURZE MIN.
73G/M ² , CHŁONNOŚĆ MIN. 450%, ODPORNOŚĆ NA PRZENIKNIAIE
CIECZY MIN. 191CM H ₂ O, ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE MIN.
100KPA 320X235CM 2 OKRĄGŁE OTWORY O ŚREDNICY 12CM
OTOCZONE PRZYLEPCEM ORAZ WARSTWĄ CHŁONNĄ, PANEL
FOLIOWY PO PRAWEJ STRONIE PACJENTA | 1,0000 | SZ |

• SERWETA DWAUWARSTWOWA O GRAMATURZE MIN. 43G/M2, CHŁONNOŚĆ MIN. 450%, ODPORNIOOŚĆ NA PRZENIKNAIE CIECZY MIN. 180CM H2O, ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE MIN. 130KPA 60X50CM	1,000	SZ
• RAMPA TRÓJDROŻNA NISKOCIŚNIENIOWA	1,000	SZ
• PRZEDŁUŻACZ WYSOKOCIŚNIENIOWY Z KOŃCÓWKAMI ŻEŃSKA LL / MĘSKA LL 150CM	1,000	SZ
• IGŁA INIEKCYJNA 20G X 1 1/2 (0,9X40MM)	1,000	SZ
• POJEMNIK TWARDY BLISTER 10X10CM GŁ 2,5	1,000	SZ
• SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTARIUM 190X150CM	1,000	SZ
• OSŁONA FOLIOWA NA SPRZĘT PROSTOKĄTNA 71X91CM Z GUMKĄ	2,000	SZ
• STRZYKAWKA PLASTIKOWA 3CZ 10ML LN	1,000	SZ
• STRZYKAWKA PLASTIKOWA 3CZ 20ML LL	1,000	SZ
• STRZYKAWKA PLASTIKOWA 3CZ 20ML LN	2,000	SZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian. Zamawiający wymaga innego składu zestawu.

Pytanie nr 78

Dotyczy Części 2 poz.11:

Część 2, poz. 11: czy Zamawiający wydzieli pozycję do nowego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 79

Dotyczy Części 3 poz.1:

Część 3, poz. 1: czy Zamawiający wydzieli i dopuści zestaw (Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dispenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym.):

serweta z przylepcem	1	Z LAMINATU 3-WARSTWOWEGO O GRAMATURZE MIN. 73G/M2, CHŁONNOŚĆ MIN. 450%, ODPORNIOOŚĆ NA PRZENIKNAIE CIECZY MIN. 191CM H2O, ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE MIN. 100KPA, bez lateksu	240x150
serweta z przylepcem	1	Z LAMINATU 3-WARSTWOWEGO O GRAMATURZE MIN. 73G/M2, CHŁONNOŚĆ MIN. 450%, ODPORNIOOŚĆ NA PRZENIKNAIE CIECZY MIN. 191CM H2O, ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE MIN. 100KPA, bez lateksu	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	Z LAMINATU 3-WARSTWOWEGO O GRAMATURZE MIN. 73G/M2, CHŁONNOŚĆ MIN. 450%, ODPORNIOOŚĆ NA PRZENIKNAIE CIECZY MIN. 191CM H2O, ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE MIN. 100KPA, bez lateksu	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1	PP+PE gramatura w obszarze wzmocnienia (66cm x 190cm) obłożenia min 84g/m	190x150
serweta na stolik Mayo	1	Włóknina chłonna+PE gramatura w obszarze wzmocnienia (85 x 76cm) obłożenia min 74g/m	145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.
Zamawiający wymaga zestawów o innych parametrach technicznych.

Pytanie nr 80

Dotyczy Części 3 poz.2:

Część 3, poz. 2: czy Zamawiający wydzieli i dopuści zestaw (Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem):

• POKROWIEC NA KOŃCZYŃĘ z laminatu 2-warstwowego 56g/m2 120X37CM	1,0000	SZ
• POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI Włóknina chłonna+PE gramatura w obszarze wzmocnienia (85 x 76cm) obłożenia min 74g/m	1,0000	OP
• SERWETA Z LAMINATU 3-WARSTWOWEGO O GRAMATURZE MIN. 73G/M2, CHŁONNOŚĆ MIN. 450%, ODPORNIOOŚĆ NA PRZENIKNAIE CIECZY MIN. 191CM H2O, ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE MIN. 100KPA, bez lateksu 240X150CM Z PRZYLEPCEM	1,0000	SZ
• TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM	2,0000	SZ
• SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTARIUM 190X150CM PP+PE gramatura w obszarze wzmocnienia (66cm x 190cm) obłożenia min 84g/m	1,0000	SZ
• SERWETA Z LAMINATU 3-WARSTWOWEGO O GRAMATURZE MIN. 73G/M2, CHŁONNOŚĆ MIN. 450%, ODPORNIOOŚĆ NA PRZENIKNAIE CIECZY MIN. 191CM H2O, ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE MIN. 100KPA, bez lateksu 90X75CM Z PRZYLEPCEM	1,0000	SZ
• SERWETA Z LAMINATU 3-WARSTWOWEGO O GRAMATURZE MIN. 73G/M2, CHŁONNOŚĆ MIN. 450%, ODPORNIOOŚĆ NA PRZENIKNAIE CIECZY MIN. 191CM H2O, ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE MIN. 100KPA, bez lateksu 180X150CM Z PRZYLEPCEM	1,0000	SZ
• SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM	4,0000	SZ
• SERWETA Z LAMINATU 3-WARSTWOWEGO O GRAMATURZE MIN. 73G/M2, CHŁONNOŚĆ MIN. 450%, ODPORNIOOŚĆ NA PRZENIKNAIE CIECZY MIN. 191CM H2O, ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE MIN. 100KPA, bez lateksu 260X200CM WYC U (100X7) Z PRZYLEPCEM	1,0000	SZ
• SERWETA Z LAMINATU 3-WARSTWOWEGO O GRAMATURZE MIN. 73G/M2, CHŁONNOŚĆ MIN. 450%, ODPORNIOOŚĆ NA PRZENIKNAIE CIECZY MIN. 191CM H2O, ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE MIN. 100KPA, bez lateksu 300X180CM Z PRZYLEPCEM	1,0000	SZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 81

Dotyczy Części 3 poz.7:

Część 3, poz. 7: czy Zamawiający dopuści zestaw (Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem):

• PODKŁAD SOFT 90X60CM	1,0000	SS
• SERWETKA WŁÓKNINOWA 80X60CM	1,0000	SZ
• TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM	1,0000	SZ

- SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTARIUM 190X150CM PP+PE gramatura w obszarze wzmocnienia (66cm x 190cm) obłożenia min 84g/m 1,000 SZ
- SERWETA Z LAMINATU DWUWARSTWOWEGO O GRAMATURZE 56G/M2 odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu 320X180CM OTWÓR 35X32 Z WORKIEM, FOLIĄ CHIRURGICZNĄ 1,000 OP
- SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM 4,000 SZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 82

Dotyczy Części 3 poz.8:

Część 3, poz. 8: czy Zamawiający dopuści zestaw (Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem, Maksymalnie 10 zestawów w opakowaniu zbiorczym):

serweta z przylepcem	1	Parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia	240x150
serweta z przylepcem	1	Parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	Parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1	PP+PE gramatura w obszarze wzmocnienia (66cm x 190cm) obłożenia min 84g/m	190x150
serweta na stolik Mayo	1	Włóknina chłonna+PE gramatura w obszarze wzmocnienia (85 x 76cm) obłożenia min 74g/m	145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 83

Dotyczy Części 3 poz.9:

Część 3, poz. 9: czy Zamawiający dopuści zestaw:

- IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) 1,000 SZ
- IGŁA INIEKCYJNA 25G X 1 (0,5X25MM) 1,000 SZ
- KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM 10,000 SZ
- PĘSETA PLAST ANATOMICZNA 13CM ZIELONA 1,000 SZ
- OPATRUNEK WYSPOWY TYPU FIXOPORE S 5X7,2CM 1,000 SZ
- SERWETA CELULOZOWO-FOLIOWA 75X45CM 1,000 SZ
- SERWETA Z LAMINATU DWUWARSTWOWEGO O GRAMATURZE 56G/M2 60X50CM Z OKRĄGŁYM OTWOREM O ŚREDNICY 10CM Z PRZYLEPCEM +2 PRZYLEPCE NA ROGACH SERWETY 1,000 SZ
- STRZYKAWKA PLASTIKOWA 3CZ 3ML LC 1,000 SZ
- STRZYKAWKA PLASTIKOWA 3CZ 5ML LL 1,000 SZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 84

Dotyczy zapisów umowy:

Par. 6 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 85

Dotyczy zapisów umowy:

Par. 6 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „Zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 86

Dotyczy zapisów umowy:

Par. 6 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „Zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 87

Dotyczy zapisów umowy:

Par. 6 ust. 4: czy Zamawiający potwierdza, że przy zmianie stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w sytuacji zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto stosownie do obowiązujących przepisów, a netto zostanie bez zmian.

Zamawiający informuje, że zostaje przesunięty termin składania ofert oraz miejsce i termin otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert:

do dnia 23.05.2018 r. do godz. 09:00

2. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego adres jak na wstępie w Sali seminaryjnej–II piętro dnia 23.05.2018 r. o godzinie 11:00.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

Część merytoryczna

Elżbieta Sosnowska

Małgorzata Giemza.....

Grażyna Grzesikiewicz.....

Ida Kacprzak.....

Część formalno - prawna

Magdalena Truchel

Opracowała: mgr Magdalena Truchel