

## ZATWIERDZAM

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia*

  
mgr Iwona Łopacińska

DZ.26.99.1124.2018.JM

strona internetowa Zamawiającego  
[www.ihit.waw.pl](http://www.ihit.waw.pl)

Dotyczy postępowania Nr IHIT/P/99/2018

### SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dot. części 3)

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 14, informuje, iż omyłkowo odpowiedział na pytanie 18 dotyczące części 3 (pismo z dnia 21.11.2018 r., sygn. DZ.26.99.1108.2018.JM) w sposób następujący:

W odpowiedzi jest:

Zamawiający nie dopuści cytometru bez prowadzenia światłowodami sygnałów fluorescencji z każdego lasera do zestawów detektorów przeznaczonych dla poszczególnych laserów.

Odpowiedź powinna mieć brzmienie:

Zamawiający nie dopuści cytometru o parametrach określonych w pytaniu.

#### Komisja przetargowa:

Przewodniczący: Agata Jakubiec

Sekretarz: Jacek Maraszek

Członek: Piotr Krawczyk


  
.....  
  
.....  
.....

Wyk. Jacek Maraszek

Egz. Nr 1 – skan, strona internetowa



KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

  
mgr Iwona Łopacińska