

Warszawa, dn. 21.05.2007

Dz/2215/20/ 72 /2007

WYKONAWCY**Ogłoszenie**

W związku z rozstrzygnięciem protestu wniesionego w dn.14.05.2007 r. przez firmę „Bio-Rad” sp. z o.o. dot. przetargu nieograniczonego IHiT/P/20/07 na dostawę testów do badań wirusologicznych, Komisja Przetargowa dokonała ponownej oceny ofert w zakresie zadania nr 1 i wybrała ofertę firmy, która jako jedyna złożyła ofertę niepodlegającą odrzuceniu:

„ Bio-Rad Polska” Sp. z o.o
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa

Zadanie 1 (brutto) – 2.670,72 PLN

Komisja Przetargowa na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzuciła ofertę firmy „bioMerieux Polska” sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączenia do oferty katalogów oferowanych produktów, specyfikacji, kart charakterystyki lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów określonych w zał. nr 1 do SIWZ w zadaniach 1-12 (Rozdz. III pkt. 4.4). W ofercie firmy „bioMerieux Polska” sp. z o.o. brak jest wymaganych dokumentów, potwierdzających iż zaoferowany test posiada identyczne antygeny rekombinowane 15 oraz 17kDa opłaszczone na fazie stałej oraz w koniugacie. Załączona do oferty instrukcja obsługi testów nie zawiera ww. informacji.

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek