



Warszawa, dnia. 14.08.2007 r.

**DZ/2215/38/104/07**

## WYKONAWCY

**dot. Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym nr IHiT/P/38/07 na dostawę sprzętu medycznego /zadania 1 – 10/**

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do przetargu nieograniczonego nr IHiT/P/38/07 na dostawę *sprzętu medycznego /zadania 1 – 10/*, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 10 poz. nr 3, 4, 6 do 10.**

*Pozycja 3, 4, 6 – 10 prosimy o dopuszczenie wskaźników zmieniających kolor z niebieskiego na różowy?*

**Odp.** Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. nr 3, 4, 6 do 10 **nie wyraża** zgody na dopuszczenie wskaźników zmieniających kolor z niebieskiego na różowy. Zamawiający utrzymuje opis, dotyczący zadania nr 10 zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 8.**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej i jamy otrzewnej z igłami 14G, 16G, i 19G?*

**Odp.** Zamawiający w zadaniu nr 8 **nie wyraża** zgody na zestaw do punkcji opłucnej i jamy otrzewnej z igłami 14G, 16G i 19G. Zamawiający utrzymuje opis, dotyczący zadania nr 8 zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 3 poz. nr 1.**

*Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści Laryngoskop światłowodowy w zestawie z futerałem na suwak?*

**Odp.** Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. nr 1 **dopuszcza** Laryngoskop światłowodowy w zestawie z futerałem na suwak.

**Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 5 poz. nr 1.**

*Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 1 do odrębnego pakietu?*

**Odp.** Zamawiający w zadaniu nr 5 poz. nr 1. **nie wyraża** zgody na wydzielenie poz. nr 1 do odrębnego pakietu. Zamawiający utrzymuje opis, dotyczący zadania nr 5 zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 3 poz. nr 1.**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby z zadaniu nr 3 poz. 1 Laryngoskop był dostarczony w dwóch walizkach:*

- pierwsza – zawiera rękojeść i łyżki proste w rozmiarach 0 – 1 – 2
- druga – zawiera łyżki zagięte w rozmiarach 2 – 3 – 4

**Odp.** Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. nr 1 **wyraża** zgodę aby Laryngoskop był dostarczony w dwóch walizkach:

- pierwsza – zawiera rękojeść i łyżki proste w rozmiarach 0 – 1 – 2
- druga – zawiera łyżki zagięte w rozmiarach 2 – 3 – 4

**Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 3 poz. nr 2.**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla zadania nr 3 poz. 2 wydłużyć termin dostawy z 5 dni na 45 dni w przypadku jednorazowego zamówienia ilości łyżek większej niż 10 sztuk?*

**Odp.** Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. nr 2 **wyraża** zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 5 dni na 45 dni – przy jednorazowym zamówieniu ilości łyżek większej niż 10 sztuk.

Z-CA DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych

*mgr Witold Kmiotek*